SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği Beypazarı Devlet Hastanesi

BEYPAZARI

YETİŞKİN TANSİYON MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1. Tansiyon (NIBP) manşonu. Mindray marka Mec1200 model hastabaşı monitörü için orijinal olmalıdır. Kesinlikle orijinal olmayan ürünler kabul edilmeyecektir. (Yan sanayi ürün teklif edilmeyecektir.)
- 2. Üretici ve temsilci firmanın yetki belgesi olmalıdır.
- 3. Non-İnvaziv kan basıncı ölçmeye uygun olmalıdır.
- 4. Manşon üzerinde Arter noktası belirtilmiş olmalıdır.
- 5. Manşon, dayanıklı bir iç torbaya sahip olmalıdır.
- 6. Manşon, yetişkin (Yetişkin) hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 7. Alınacak malzemenin TITUBB kaydı olmalıdır.

viat Hastanesi

BEYPAZARI DEVLET HASTANESI Ramazan ØKUR

Siyomedikel Depo Sorumlusu