

SATINALMA BİRİMİ

OPTİK KOHERANS TOMOGRAFİ (OBT/OCT) SİSTEMİ
CİĞT TOMOGRAFİ PERİYODİK BAKIM-ÖLÇÜMLEME VE ONARIM
DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK HİZMETİGENEL HUSUSLAR**A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:**

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068
FAX: (0312) 3464361-3352625
MAIL : onkolojiاهدogrudentemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 13.10.2016
SAAT: 15:00

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER
DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No :

1 / 1

Talep Tarihi / No : 18/08/2016... /

1084

Birim : BİO MEDİKAL STOĞU 1

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1		PERİYODİK BAKIM,ÖLÇÜMLEME VE ONARIM HİZMETLERİ (YEDEK PARÇA / MAL ALIMI HARIÇ)			
		OPTİK KOHERANS TOMOGRAFİ (OBT / OCT) SİSTEMİ / GÖZ TOMOGRAFİSİ	YOK	1	ADET

Künye No:

1

ADET

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KASE / İMZA
HASTANEMİZ GÖZ POLİKLİNİK BİRİMİNDE BULUNAN OPTİK KOHERANS TOMOGRAFİ SİSTEMİNİN BİR DEFAYA MAHSUS BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYONUNUN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. / / 20....	Subutan BALASAR T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Onkoloji Hastanesi Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu
 / / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu
 / / 20....	Klinik İdari Sorumlusu Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet Gazi BÜYÜKYILDIRIM Elektrik - Elektronik Mühendisi
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kase / İmza
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz / / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....	Hastane Yöneticisi

**OPTİK KOHERANS TOMOGRAFİ SİSTEMİ BAKIM VE KALİBRASYONU
(ÖLÇÜMLEME) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. KONU :

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniğinde bulunan Zeiss marka Optik Koherans Tomografi (OBT/OCT) Sistemi 1 (bir) defaya mahsus Bakım Onarım ve Kalibrasyon Hizmet Alımı Teknik Şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER :

- 2.1. Yüklenici firma kullanacağı kalibratörün uluslararası geçerliliğe sahip kalibrasyon merkezinde kalibre edildiğini belgelendirecek ve kalibrasyonunu yaptığı cihaz için hazırlayacağı sertifikada/raporda kullandığı kalibratör bilgileri yer alacaktır.
- 2.2. Yüklenici firma Optik Koherans Tomografi Sisteminin bakım ve kalibrasyonunu yapmakla yetkili olduğunu gösterir belge ile değişik kuruluşlara Optik Koherans Tomografi Sistemi bakım ve kalibrasyon hizmeti verdiğini gösterir belgeyi teklifle birlikte sunacaktır.
- 2.3. Yüklenici firma tecrübe durumunu ve iş deneyimini gösterir referans listesini teklifle birlikte sunacaktır.
- 2.4. Yüklenici firma kalibrasyon işleminden önce sistemin bakımını yapacak ve sonra kalibrasyon işlemini gerçekleştirecektir.
- 2.5. Cihazın test ve kalibrasyonu esnasında yüklenici firma tarafından cihaza verilecek zararlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 2.6. Yüklenici firma bakım, test ve kalibrasyonu yapılan cihaz için kalibrasyon ve bakım sertifikası/raporu düzenleyecektir.
- 2.7. Yüklenici firmanın düzenlemiş olduğu kalibrasyon sertifikasında hangi parametrelerin test edildiği ve bu testlerin hangi standarda göre yapıldığı bilgisi yer alacaktır.
- 2.8. Yüklenici firma test ve kalibrasyonunu yaptığı cihaz için kalibrasyon etiketi hazırlayacak ve bu etiketi cihaz üzerine yapıştıracaktır.

Birim Yetkilisi

Subutay BALASAR

Teknisyen
Ankara Onkoloji Hastanesi

Birim Yetkilisi

Dr. A.Y. ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM
VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GÖZ POLİKLİNİĞİ
Cihaz Kalibratör Bilgileri

Birim Yetkilisi

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara
Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mehmet Gazı BÜYÜKYILDIRIM
Elektrik - Elektronik Mühendisi