

AMELİYAT BONE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Antialerjik olmalıdır.
2. İmal edildiği malzeme havsız olmalı , cerrahi bölgeye lif dökülmemelidir.
3. İmal edildiği materyal itibarı ile saçlardan ve ciltten dökülecek partikülleri tutmalı , yumuşak , kuvvetli , elastik ve emici olmalıdır.
4. Hava geçirgenliği sağlamalı ve kullanan kişinin başını terletmemelidir .
5. Nem koruyucu özelliği olmalı.
6. Yeşil ya da beyaz renkte olmalıdır.
7. Bone alın ve saçları , özellikle bayanların saçlarını içine alabilecek genişlikte olmalıdır.
8. Bonede dikişler ultrasonik olmalı , iplik dikiş olmamalıdır.
9. Bone iç çevresi çift örme lastikli olmalıdır , lastikler dayanıklı olmalı ve kullanım sırasında kopmamalıdır.
10. Kadın ve erkekte kullanıma uygun olmalıdır.
11. Yırtılmaya dayanıklı olmalı , alev almayacak malzemeden üretilmiş olmalıdır.
12. Nonwoven spunbond (dokusuz ve örgüsüz) malzemeden yapılmış olmalıdır .
13. Bonenin çapı en az 52 cm olmalıdır.
14. 100 adetlik kutularda olmalıdır.
15. Tıbbi kullanıma uygun olmalıdır.
16. Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda (en az 5 adet) numune getirmeli , gelen numuneler test edilecek , değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre karar verilecektir.

BEYPAZARI DEVLETİ HASTANESİ
Dr. Ali DOLGUN
Anestezi Uzmanı
T.C. No: 106455 Tescil No: 4027