

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği  
Beypazarı Devlet Hastanesi

BEYPAZARI

ANESTEZİ CİHAZI MONİTÖRÜ NIBP KOL MAŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mindray Wato-x 65 marka Anestezi cihazı monitörü (NIB) için kol maşonu orijinal olmalıdır. Kesinlikle orijinal olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.(Yan sanayi ürün teklif edilmeyecektir.)
2. Üretici ve temsilci firmanın yetki belgesi olmalıdır.
3. Non-İnvaziv kan basıncı ölçmeye uygun olmalıdır.
4. Manşon üzerinde Arter noktası belirtilmiş olmalıdır.
5. Manşon, dayanıklı bir iç torbaya sahip olmalıdır.
6. Manşon, yetişkin (Yetişkin) hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
7. Alınacak malzemenin TITUBB kaydı olmalıdır.

Beypazarı Devlet Hastanesi  
Fikret KÖKÇE  
Teknisyen  
Sicil No. MM857

Alim Tuncel  
Anestezi Teknisyeni