

System Check_Body_2450MHz_111130

DUT: Dipole 2450 MHz

Communication System: CW; Frequency: 2450 MHz; Duty Cycle: 1:1

Medium: MSL_2450_111130 Medium parameters used: $f = 2450 \text{ MHz}$; $\sigma = 1.96 \text{ mho/m}$; $\epsilon_r = 52.9$; $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

Ambient Temperature : 22.3 ; Liquid Temperature : 21.3

DASY5 Configuration:

- Probe: ET3DV6 - SN1787; ConvF(3.96, 3.96, 3.96); Calibrated: 2011/5/20
- Sensor-Surface: 4mm (Mechanical Surface Detection)
- Electronics: DAE3 Sn495; Calibrated: 2011/4/28
- Phantom: ELI 4.0_Front; Type: QD 0VA 002 AA; Serial: TP-1131
- ; SEMCAD X Version 13.4 Build 125

Pin=250mW/Area Scan (91x91x1): Measurement grid: dx=10mm, dy=10mm

Maximum value of SAR (interpolated) = 15.5 mW/g


Pin=250mW/Zoom Scan (7x7x7)/Cube 0: Measurement grid: dx=5mm, dy=5mm, dz=5mm

Reference Value = 88.5 V/m; Power Drift = -0.066 dB

Peak SAR (extrapolated) = 34.4 W/kg

SAR(1 g) = 13.7 mW/g; SAR(10 g) = 6.16 mW/g

Maximum value of SAR (measured) = 15 mW/g



0 dB = 15mW/g