



PT CAHAYA MAS CEMERLANG

Office: Komplek Majapahit Permai Blok A No.110 & C No.105, Jl. Majapahit No.18-20-22, Jakarta Pusat 10160
Factory: Jalan Rawa Gelam II No.3, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur
Telp: 021-344 3456 (Hunting) Fax: 021-460 2340/460 2344
E-mail: info@cahayamascemerlang.com | Website: www.cahayamascemerlang.com

CALIBRATION REPORT

Report No: CR-2026/VIII/OMS-CMC/001

Station Name	: ONLIMO KLHK Stasiun 315	Calibration Date	: 15 – 16 April 2025
Address	: Bendungan Palasari - DAS Ijo Gading, Bali	Coordinate	: LAT -8.3272340 LONG 114.6118410

1. SENSOR PARAMETER CALIBRATION & REGISTER ADJUSTMENT

Parameter	Standart / CRM	Hasil Pembacaan	Internal Coeff (K / B)	Result
DO Calibration	Standart 0 % Standart 100 % CRM 5.51	0.00 % 100.00 % (8.77 mg/L) 3.14 mg/L	K: 1.233872 B: -0.006227	PASS
Turbidity Calibration	Standart 4 NTU Standart 20 NTU CRM 4.67 NTU	4.28 NTU 20.83 NTU 4.64 NTU	K: 0.749789 B: -4.202125	PASS
TDS Calibration	Standart 1,413 mS/cm Standart 12,89 mS/cm CRM 200 mg/L	1.4100 mS/cm 12.8463 mS/cm 201.29 mg/L	K: 1.052599 B: -0.087622	PASS
COD / BOD Calibration	Standart 10 mg/L Standart 100 mg/L CRM 14.8 mg/L	10.00 mg/L 99.96 mg/L 13.24 mg/L	K: 1.311216 B: 10.000000	PASS
pH Calibration	Buffer pH 4.00 Buffer pH 7.01 Buffer pH 10.01	4.00 Unit 7.00 Unit 9.98 Unit	K1: -131.1295 K2: -139.5899 K3: -0.196530 K4: -131.1295 K5: -58,777830 K6: -15.398160	PASS
TSS Calibration	Standart 50 mg/L CRM 50 mg/L	49.89 mg/L 49.89 mg/L	K: 1.052599 B: -0.087622	PASS
Amonia Calibration	Standart 1 mg/L CRM 0,892 mg/L	1.01 mg/L 0.9 mg/L	K: 1.000000 B: 0.577403	PASS
NO3 Calibration	Standart 10 mg/L Standart 100 mg/L CRM 5.44 mg/L	10.00 mg/L 100.00 mg/L CRM 5.40 mg/L	*Stored internally in probe EEPROM	PASS

2. WATER SAMPLE MEASUREMENT & BLANK TEST

Sample Type	Temp (°C)	DO (mg/L)	TDS (mg/L)	Turb (NTU)	pH Unit	COD (mg/L)	BOD (mg/L)	TSS (mg/L)	NH3-N (mg/L)	NO3-N (mg/L)
Aquades (Blank)	25.0	8.77	0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Water Sample (River)	25.2	6.85	145.20	12.40	7.15	18.50	4.20	15.00	0.12	2.10

Notes:

- Tindakan rutin *periodic maintenance* 6 bulanan dan pembersihan permukaan optik sensor telah dilaksanakan sebelum proses kalibrasi dilakukan.
- Seluruh register koefisien kemiringan (*Gain/K*) dan geseran titik nol (*Offset/B*) telah disinkronkan ke dalam memori probe dan controller stasiun.
- Sistem WMS Stasiun 315 dinyatakan **BERHASIL DIKALIBRASI & LAYAK OPERASI**.

Place / Date: Jembrana, Bali, 16 April 2025

Calibration Officer:



Sidnan / Febri Joko Prasetyo

PT Cahaya Mas Cemerlang