

No. FZ2002539



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检测报告

TEST REPORT

委托方 郑州锐普医疗科技有限公司

生产单位 郑州锐普医疗科技有限公司

样品名称 锐普 kn95 防护口罩

型号规格 -----

检测类别 委托检测



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

No. FZ2002539

广东产品质量监督检验研究院
GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

检测报告

TEST REPORT



报告随机号: QMC8481

第 1 页 共 4 页

样品名称	锐普 kn95 防护口罩		样品编号	YFZ20/002539
	送样 (√)	抽样 (/)		
商标	---		型号规格	---
委托方	郑州锐普医疗科技有限公司		检测类别	委托检测
委托方地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇华南二路电商大厦 A 栋 13 层		产品编号/批号	---
生产单位	郑州锐普医疗科技有限公司		抽样单编号	---
受检单位	---		生产日期	---
抽样单位	---		样品数量	28(个)
抽样地点	---		抽样基数	---
抽样日期	---		检验地点	本部实验室
收样日期	2020 年 02 月 29 日		检验日期	2020 年 02 月 29 日~ 2020 年 03 月 04 日
检测依据	GB 2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》			
判定依据	---			
检测结论	<p>本次委托检测共检 7 项, 所检项目符合标准的要求。</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章) 签发日期: 2020 年 03 月 04 日</p>			
备注	报告中的“---”表示此项不适用, 报告中“/”表示此项空白。			

批准:

胡政

审核:

王

主检:

张城云

检测报告


TEST REPORT

第 2 页 共 4 页

序号	检测项目[单位]	标准条款	检测结果	单项结论	备注
1	吸气阻力[Pa]	5.5	未预处理	88.3	合格 /
				87.6	
			预处理	89.5	
				93.1	
2	呼气阻力[Pa]	5.5	未预处理	72.7	合格 /
				73.5	
			预处理	80.2	
				78.5	
3	呼气阀盖	5.6.2	随弃式面罩的呼气阀盖在承受 10N 的轴向拉力, 持续 10 秒, 不应出现滑脱、断裂和变形		--- /
4	死腔[%]	5.7	以吸入气中二氧化碳体积分数表示时, 结果平均值应 ≤ 1		合格 /
5	头带	5.9	未预处理	未出现滑脱、断裂	合格 /
			预处理	未出现滑脱、断裂	
6	连接和连接部件	5.10	未预处理	无此部件, 此项不检	--- /
			预处理		
7	可燃性	5.13	未预处理	未出现燃烧现象	合格 /
				未出现燃烧现象	
			预处理	未出现燃烧现象	
				未出现燃烧现象	

检 测 报 告
TEST REPORT

第 3 页 共 4 页



样品描述

/

型号规格或其它说明

/

检测报告

TEST REPORT



第 4 页 共 4 页

附注:

- 1、试验地点: 广州市黄埔区科学城科学大道 10 号
- 2、委托单位地址及邮编: 河南省郑州市新郑市龙湖镇华南二路电商大厦 A 栋 13 层
- 3、检测环境条件: 检测项目均在相应标准规定的条件下进行 (有注明的除外)
- 4、抽样程序 (如适用): -----
- 5、偏离标准方法的说明 (如适用): -----
- 6、检测结果不确定度说明 (如适用): -----
- 7、分包项目及分包方 (如适用): -----



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院(简称广东质检院、英文简称 GQI),成立于 1983 年 9 月,又名国家技术监督局广州电气安全检验所、广东省试验认证研究院,是广东省市场监督管理局(知识产权局)直属的副厅级事业单位。

广东质检院是广东省市场监督管理局(知识产权局)属下的法定第三方专门从事产品质量检验和认证的机构、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的国家级实验室和检验机构、国际电工委员会电工设备及元件合格评定体系组织(IECEE)认可的国际 CB 实验室、中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)指定的国家强制性产品认证(CCC 认证)检测机构、中国质量认证中心(CQC)等国家级认证机构签约的实验室、中国船级社认可的产品检测和试验机构,是广东、海南、陕西、新疆和山东等省(区)高级人民法院注册认可的司法委托质量鉴定机构。广东质检院属下有广东质检中诚认证有限公司、广安电气检测中心(广东)有限公司、广东华安消防技术服务有限公司及广东质检技术开发公司等 4 家公司。

广东质检院现有 1 个总部、3 个基地,拥有现代化实验室和办公场所约 13.8 万平方米,资产超 13 亿元,各类高素质的专业技术和管理人员逾千名,先进的检测仪器设备逾 15000 台(套)。经认可的检验检测资质为 96 类 3260 种产品/项目,涉及标准 11034 项;国际互认 CB 检测能力为 12 类 185 项标准。广东质检院是集检验检测、认证、鉴定、能力验证提供者、标准制修订及科研于一体,致力于建设国际先进、国内一流,倍受社会和行业尊敬的权威技术机构。

广东质检院目前拥有 10 个国家产品质量监督检验中心、16 个省产品质量监督检验站和 6 个广东省工程技术研究中心,分别是:

- 国家电器产品安全质量监督检验中心
- 国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)
- 国家食品质量监督检验中心(广东)
- 国家消防产品质量监督检验中心(广东)
- 国家电线电缆产品质量监督检验中心(广东)

- ☆ 广东省质量监督儿童玩具检验站
- ☆ 广东省质量监督家用空调器检验站(顺德)
- ☆ 广东省质量监督转基因食品及食品有害物质检验站
- ☆ 广东省质量监督蓄电池检验站
- ☆ 广东省质量监督电动自行车检验站
- ☆ 广东省质量监督轻纺产品检验站
- ☆ 广东省质量监督高压输配电设备检验站
- ☆ 广东省质量监督金银珠宝玉石检验站

- 广东省电力变压器及开关设备检测(广安)工程技术研究中心
- 广东省智能 LED 照明检测工程技术研究中心
- 广东省木材鉴定与评估工程技术研究中心

- 国家家具产品质量监督检验中心(广东)
- 国家涂料产品质量监督检验中心(广东)
- 国家机械产品安全质量监督检验中心
- 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心(广东)
- 国家工业机器人质量监督检验中心(广东)

- ☆ 广东省质量监督变压器产品检验站(东莞)
- ☆ 广东省质量监督工业机器人检验站(顺德)
- ☆ 广东省质量监督可穿戴智能产品检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督交通通信产品检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督 3D 打印及纳米材料检验站(顺德)
- ☆ 广东省质量监督新能源汽车充电设备及动力电池检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督超高清显示产品检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督儿童用品检验站(广州)

- 广东省特种电线电缆产品检测工程技术研究中心
- 广东省高分子材料失效分析工程技术研究中心
- 广东省安全性乳化剂研制、应用及检测工程技术研究中心