

Daftar Alat Medis Ruangan IGD

| No. | Nama Alat | Merk/Type/Model | Nomor Seri Alat | Keterangan | Jumlah |
|-----|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------|
| 1. | Nebulizer | Omron/NE-C28 | 20130805462UF | Baik | 1 |
| 2. | Suction Pump | SMIC/YBDX-23B | 070106150256 | Baik | 1 |
| 3. | ECG Recorder | Carewell/ECG-1101 | 101G101C03153E12 | Baik | 1 |
| 4. | Patient Monitor | Mindray | AQ-37192503 | Baik | 2 |
| | | acmatronik | | Baik | |
| 5, | Tensimeter | Riester/Nova Presameter | 030446 | Baik,bulb agak berat | 1 |
| 6. | Timbangan Badan | SMIC/ZT-120 | - | Baik | 1 |
| 7. | Sterillisator Kering | Memmert/UM400 | B400-0864 | Baik | |

Daftar Alat Medis Ruangan Laboratorium

| No. | Nama Alat | Merk/Type/Model | Nomor Seri Alat | Keterangan | Jumlah |
|-----|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|--------|
| 1. | Centrifuge | K/PLC-03 | 706804 | Rusak,Ganti motor | 3 |
| | | K/PLC-03 | 018244 | Baik | |
| | | K/PLC-03 | 9100143 | Baik | |
| 2. | Hematologi | Sysmex/XS-800i | - | Baik | 1 |
| 3. | ABX Pentra 400 | Horita | - | Baik | 1 |
| 4. | Suction Pump | Thomas/Medi Pump/1632GL | 041000007405 | Baik | 1 |
| 5. | Mikroskop | - | - | Baik | 1 |
| 6. | Sterilisator Kering | Memmert | - | Baik | 1 |

Daftar Alat MedisRuangan Radiologi

| No. | Nama Alat | Merk/Type/Model | Nomor Seri Alat | Keterangan | Jumlah |
|-----|------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|--------|
| 1. | USG | Aloka/SSD-620 | - | Rusak,Display tidak jelas | 1 |
| 2. | Dental X-Ray | Belmont/DX-068 | L05053 | Baik | 1 |
| 3. | ECG Recorder | Carewell | 103G13707857E12 | Baik | 2 |
| | | Carewell | AQ-37192503 | Rusak,Tombol tidak berfungsi | |
| 4, | General X-ray | Toshiba | - | Baik, | 1 |
| 5. | General X-ray(Berdiri) | Siemens/Monophos 150 S | 02761S08 | Baik | 1 |
| 6. | APF | Kodak | 117510-0408-2488 | Baik | 1 |

Daftar Alat Medis Ruangan Arafah

| No. | Nama Alat | Merk/Type/Model | Nomor Seri Alat | Keterangan | Jumlah |
|-----|------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------|
| 1. | Tensimeter | Riester/Nova-Presameter | 073819 | Baik | 2 |
| | | Riester/Nova-Presameter | 121242440 | Baik | |
| 2. | InfusPump | Acmatronic/AFI-110 | 8824 | Baik | 1 |
| 3 | Decubitus | | | Baik | 1 |
| 4 | Timbangan | | | Kurang baik | 1 |

Daftar Alat Medis Ruangan Mina

| No. | Nama Alat | Merk/Type/Model | Nomor Seri Alat | Keterangan | Jumlah |
|-----|--------------|-------------------------|-----------------|------------|--------|
| 1. | Suction Pump | Thomas/Medi Pump/1132GL | 1003000006559 | Baik | 1 |
| 2. | Timbangan | Tanita | - | Baik | 2 |
| | | Nagako | - | Baik | |
| 3. | Tensimeter | Riester/Nova-Presameter | 100310998 | Baik | 1 |

Daftar Alat Medis Ruangan Marwah

| No. | Nama Alat | Merk/Type/Model | Nomor Seri Alat | Keterangan | Jumlah |
|-----|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|--------|
| 1. | Timbangan | Oxone | - | Baik | 1 |
| 2 | Tensimeter | Riester/Nova-Presameter | 120515463 | Baik | 2 |
| | | Riester/Nova-Presameter | 077738 | Baik,manset bocor | |
| 3. | Suction Pump | Thomas/Medi-Pump/1632GL | 041000007784 | Rusak | 2 |
| | | SMIC/YBDX-23B | 070106150208 | Baik | |
| 4, | Patient Monitor | Acmatronic/VC-550i | - | Baik | 2 |
| | | Acmatronic/ VC-550i | - | Baik | |
| 5. | ECG Recorder | Carewell/ECG-1101 | 101G13806612E12 | Baik | 1 |
| 6. | Syringe Pump | Terumo | 08080278 | Baik | 1 |
| 7. | Infus Pump | Acmatronic/ AFI-110 | 110-8922 | Baik | 4 |
| | | Acmatronic/AFI-110 | 110-8841 | Baik | |
| | | Terumo | 1003000322 | Baik | |
| | | JMS | E71512 | Baik | |

Daftar Alat Medis Ruangan OK (Kamar Operasi)

| No. | Nama Alat | Merk/Type/Model | Nomor Seri Alat | Keterangan | Jumlah |
|-----|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| 1. | Mikroskop Mata | NIDEK/OMX-40 | 234554 | Baik | |
| 2. | Suction Pump | K/SU-305 | 1219406 | Baik | 3 |
| | | SUN/SUN-M003 | - | Baik,footswitch rusak | |
| | | YUYUE7A-23D | - | Baik | |
| 3. | Patient Monitor | Mindray/MEC 1000 | AQ-34187178 | Baik | 2 |
| | | Mindray/MEC 1000 | AQ-2A179186 | Baik | |
| 4. | ESU/Couter | CAPTAIN/SM 2000F | B0-090075 | Baik,cutting sering error | 2 |
| | | Zerone/Zeus-400 | Z40A1202056 | Baik | |
| 5. | Sterillisator Kering | Memmert/UM 500 | 920307 | Baik,setting timer rusak | 1 |
| 6. | Anesthesi Machine | Muraco/MA-110 | 1017 | Baik | 2 |
| | | GE/Datex Ohmeda/Aespire | ANCS00475 | Baik | |
| 7. | Lampu Operasi | Chong wae | - | Baik,lampu mati 2 | 2 |
| | | Long chang | - | Bak,Lampu mati 1 | |

Daftar Alat Medis Ruangan Perinatologi

| No. | Nama Alat | Merk/Type/Model | Nomor Seri Alat | Keterangan | Jumlah |
|-----|----------------|-----------------------|-----------------|------------|--------|
| 1. | Neopuff | Fisher & Paykel | 131125004577 | Baik | 1 |
| 2. | Infant Warmer | Drager/Babytherm 8004 | ASEM-007 | Baik | 1 |
| 3. | Baby Incubator | Drager/Isolette C2000 | EM31828 | Baik | 1 |
| 4. | CPAP | Sechrist/3500HL | H74785 | Baik | 1 |
| 5. | Timbangan | One Med | - | Baik | 1 |

Daftar Alat Medis Ruangan VK

| No. | Nama Alat | Merk/Type/Model | Nomor Seri Alat | Keterangan | Jumlah |
|-----|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------|--------|
| 1. | Fetal Dopler | Jumper/JPD-100B | 813110B31040 | Baik | 1 |
| 2. | Tensimeter | Riester/Nova-Ecoline | 130734799 | Baik | 1 |
| 3. | CTG | - | - | Baik | 1 |
| 4. | Suction Pump | Schuco/5711-133 | 0389418 | Rusak.tidak bisa menghisap | 1 |
| 5. | Timbangan | - | - | Baik | 1 |

| | | | | | |
|----|-----------------|---------|-------------|------|---|
| 6. | Patient monitor | mindray | AQ-37192503 | baik | 2 |
| | Patient monitor | mindray | | baik | |

Daftar Alat Medis Ruangan ICU

| No. | Nama Alat | Merk/Type/Model | Nomor Seri Alat | Keterangan | Jumlah |
|-----|---------------|------------------------|------------------|------------|--------|
| 1. | Defibrillator | Acmatronic/CSX-300 | CSX 300-DM141103 | Baik | 1 |
| 2. | Suction Pump | Acmatronic/Invinte 90i | INV90i-5G150980 | Baik | 4 |
| | | Acmatronic/Invinte 90i | INV90i-5G150241 | Rusak, | |
| | | Acmatronic/Invinte 90i | INV90i-5G150262 | Rusak | |
| | | Acmatronic/Invinte 90i | INV90i-5G150715 | Rusak | |
| 3. | Ventilator | Hamilton/Galileo | - | Baik | 1 |
| 4. | UV Steril | Acmatronic/UVS 300 | UVS 300-402367 | Baik | 1 |
| 5 | Infus Pump | Acmatronic/ AFI-110 | 110-8849 | Baik | 6 |
| | | Acmatronic/ AFI-110 | 110-8933 | Baik | |
| | | Acmatronic/ AFI-110 | 110-8903 | Baik | |
| | | Acmatronic/ AFI-110 | 110-8942 | Baik | |
| | | Acmatronic/ AFI-110 | 110-8853 | Baik | |
| | | Acmatronic/ AFI-110 | 110-8852 | Baik | |
| 6. | Syringe Pump | Acmatronic/AFS-370 | 370-2872 | Baik | 10 |
| | | Acmatronic/AFS-370 | 370-2813 | Baik | |
| | | Acmatronic/AFS-370 | 370-2479 | Baik | |
| | | Acmatronic/AFS-370 | 370-2994 | Baik | |
| | | Acmatronic/AFS-370 | 370-2793 | Baik | |

| | | | | | |
|----|-----------------|---------------------|----------|------|---|
| | | Acmatronic/AFS-370 | 370-2408 | Baik | |
| | | Acmatronic/AFS-370 | 370-2968 | Baik | |
| | | Acmatronic/AFS-370 | 370-1424 | Baik | |
| | | Acmatronic/AFS-370 | 370-2872 | Baik | |
| . | | Acmatronic/AFS-370 | 370-2813 | Baik | |
| 7. | Patient Monitor | Acmatronic/ VC-550i | Bed 1 | Baik | 5 |
| | | Acmatronic/ VC-550i | Bed 2 | Baik | |
| | | Acmatronic/ VC-550i | Bed 3 | Baik | |
| | | Acmatronic/ VC-550i | Bed 4 | Baik | |
| . | | Acmatronic/ VC-550i | Bed 5 | Baik | |
| 8. | Lampu sorot | DYNA/DNA-100R | - | Baik | 1 |

Daftar Alat Medis Ruang Fisioterapi

| No. | Nama Alat | Merk/Type/Model | Nomor Seri Alat | Keterangan | Jumlah |
|-----|-------------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| 1. | Nebulizer | Omron/NE-C29 | 20100200394UF | Baik | 2 |
| | | Pari/Pariboy SX | 2W12E11424 | Baik | |
| 2. | Infrared Theraphy | Philips | - | Baik | 2 |
| | | Infraphill | 0240573-10 | Baik | |
| 3. | Suction Pump | Schuco/5711-133 | 1086127 | Baik | 1 |
| 4. | Tens | ERHA product | - | Baik | 1 |
| 5. | Stimulator | - | - | Baik | 1 |

Daftar Alat Medis Ruang Poli Kandungan

| No. | Nama Alat | Merk/Type/Model | Nomor Seri Alat | Keterangan | Jumlah |
|-----|------------|-------------------------|-----------------|------------|--------|
| 1. | USG | GE/LOGIQ C3 | 120083WX1 | Baik | 1 |
| 2. | Tensimeter | Riester/Nova-Presameter | 060944 | Baik | 1 |
| 3. | Timbangan | Ozone | - | Baik | 1 |

Daftar Alat Medis Ruang Poli KIA

| No. | Nama Alat | Merk/Type/Model | Nomor Seri Alat | Keterangan | Jumlah |
|-----|----------------|-------------------------|-----------------|------------|--------|
| 1. | USG | GE/LOGIQ C3 | 120061WX7 | Baik | 1 |
| 2. | Tensimeter | Riester/Nova-Presameter | 140458455 | Baik | 1 |
| 3. | Timbangan Bayi | Tanita | - | Baik | 1 |

| | | | | | |
|----|--------------|-----------------|---------------|------|---|
| 4. | Fetal Dopler | Jumper/JPN-100B | 8131100B31045 | Baik | 1 |
|----|--------------|-----------------|---------------|------|---|