


<div>RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PEMELIHARAAN SUCTION PUMP		
	No. Dokumen 0013/SPO/09/2016	Revisi	Halaman  1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :  27 Januari 2016	Ditetapkan Direktur,  drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Prosedur tetap pemeliharaan alat Suction Pump adalah bentuk standar mengenai langkah-langkah teknis yang harus diikuti oleh teknisi elektromedik dalam melaksanakan pemeliharaan alat Suction Pump yang berdasarkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Prosedur ini disusun berdasarkan pada service manual dan petunjuk lain yang terikat, dengan urutan kerja : Pembersihan, pemulasan pengencangan, pengecekan fungsi dan kondisi bagian alat, penggantian bahan pemeliharaan, pemeriksaan kinerja, aspek keselamatan kerja dan penyetelan / adjustment. Kesimpulan hasil pemeliharaan alat baik atau alat tidak baik		
TUJUAN	<div>1. Agar pemeliharaan dapat dilakukan sesuai prosedur yang benar.</div> <div>2. Alat selalu dalam kondisi siap laik pakai, sehingga usia teknis alat dapat tercapai.</div>		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0194/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	<div>1. Teknisi melihat jadwal pemeliharaan, kemudian menyiapkan alat kerja dan suku cadang yang diperlukan</div> <div>2. Setelah sampai diruangan teknisi minta ijin penanggung jawab ruangan untuk melakukan pemeliharaan</div> <div>3. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat</div> <div>4. Cek fungsi tombol switch</div> <div>5. Cek selang alat</div> <div>6. Cek tekanan daya hisap</div> <div>7. Cek kondisi tabung penampung cairan alat</div> <div>8. Teknisi mengisi kartu pemeliharaan alat dan jadwal pemeliharaan alat</div> <div>9. User menandatangani laporan kerja dan alat diserahkan kembali ke user</div>		
UNIT TERKAIT	IPSRs, Semua ruangan yang menggunakan suction pump		

**RS SITI KHODIJAH  
PEKALONGAN**



**PEMELIHARAAN SUCTION PUMP**

No. Dokumen  
0013/SPO/09/2016

Revisi

Halaman

2/1