

	LABORATORIO CLINICO ELIZABETH PARRA DE CARVAJAL													Código: RGFA-29
														Versión: 1
	BITACORA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HORMONAS													Vigente desde: 10-10-2010
														Páginas: 1 de 1

MES: NOVIEMBRE AÑO: 2021 CICLO 19 Muestra 11

ANALITO	DESCRIPCION DEL DESEMPEÑO EN LA EVALUACION EXTERNA	RESULTADO	MEDIA DE COMPARACION	DS DEL GRUPO DE COMPARACION	SDI	CRITERIO DE ACEPTABILIDAD		SESGO	CRITERIO DE ACEPTABILIDAD SEGUN VARIABILIDAD BIOLOGICA			COMPORTAMIENTO CONSISTENTE CON EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO		REQUIERE ACCION CORRECTIVA		ANALISIS DE CAUSAS										PLAN DE ACCION			
						CUMPLE <2	NO CUMPLE >2		%	CUMPLE	NO CUMPLE	SI	NO	SI	NO	REACTIVO	FRECUENCIA DE CALIBRACION	EQUIPO	METODO	PREANALITICO	MAL ENROLAMIENTO	EXCLUSION ESTADISTICA	ERROR DE TRANSCRIPCION	ACCIONES CORRECTORAS INMEDIATAS	RESPONSABLE DE LA ACCION	EFICACIA DE LA ACCION			
																										SI	NO		
PROLACTINA Comparación frente a todos los metodos	Analito con excelente desempeño frente al grupo de comparación y no cumple con la meta de calidad establecida.	54,11	51,66	6,24	0,392628205	X		4,74255	15,1 TDPA	X		X			X											No aplica	Elizabeth Parra de Carvajal		
T3 TOTAL	Analito con excelente desempeño frente al grupo de comparación y con la meta de calidad establecida. (valorado con equipo Wondfo Finecare)	393,98	384,652	40,08	0,232734531	X		2,42505	14,45 TDPA	X		X			X											No aplica	Elizabeth Parra de Carvajal		
T4 TOTAL	Analito con aceptable desempeño frente al grupo de comparación con la meta de calidad establecida. Valorado con equipo Wondfo Finecare	17,79	15,849	1,79	1,084357542	X		12,2468	12,8 TDPA	X		X			X											No aplica	Elizabeth Parra de Carvajal		
TSH	Analito con buen desempeño frente al grupo de comparación y con la meta de calidad establecida.	21	21,4	2,46	-0,162601626	X		-1,86916	10,5 TDPA	X		X			X											No aplica	Elizabeth Parra de Carvajal		
PSA	Analito con aceptable desempeño frente al grupo de comparación y con la meta de calidad establecida.	32	36,447	3,88	-1,146134021	X		-12,2013	27,6	X		X			X											No aplica	Elizabeth Parra de Carvajal		
BETA HCG	Analito con buen desempeño frente al grupo de comparación y con la meta de calidad establecida.	714,07	792,043	97,46	-0,800051303	X		-9,8	16,5	X		X			X											No aplica	Elizabeth Parra de Carvajal		