

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #280

Informasi Instrument

Nama Instrument : Timbangan
Nomor Kontrol : 2QA-TMB-001
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 1

Informasi Verifikasi

Verification ID : 280
Diverifikasi Oleh : Neni Agustina (User ID: 106)
Tanggal Verifikasi : 10 Sep 2026 07:49:43
Valid Hingga : 11 Sep 2026 07:49:43
Status Verifikasi : **In Progress (TIDAK SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 24.2 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 63.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Verify Zero State	Complies	3.0000	-0.0-0.0	08:05	-
2	Weight Verification - Min...	Ready	-	-	-	-
3	Weight Verification - Max...	Pending	-	-	-	-