

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #120

Informasi Instrument

Nama Instrument : Oven
Nomor Kontrol : 2QC-OVN-004
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 13

Informasi Verifikasi

Verification ID : 120
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 15 Apr 2026 08:17:28
Valid Hingga : 16 Apr 2026 08:17:28
Status Verifikasi : **Complies (SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 24.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (1 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	test	Complies	200	200.0-250.0	08:17	-

Input Data " Step 1: test

Nilai yang Dimasukkan : 200

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan : SESUAI (Complies)
Total Step : 1
Step Lolos (Complies) : 1
Step Tidak Lolos : 0
Tingkat Keberhasilan : 100.0%