

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #83

Informasi Instrument

Nama Instrument : pH Meter
Nomor Kontrol : 2QC-PHM-007
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 11

Informasi Verifikasi

Verification ID : 83
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 20 Feb 2026 08:54:22
Valid Hingga : 21 Feb 2026 08:54:22
Status Verifikasi : **In Progress (TIDAK SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 25.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
3	Read All Measurements	Completed	2.0000	-	08:56	-
Override: testetstetst						
2	Place pH 4 Buffer	Complies	-	-	08:55	-
1	Place pH 7 Buffer	Complies	-	-	08:55	-

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan : TIDAK SESUAI (Not Complies)
Total Step : 3
Step Lolos (Complies) : 2
Step Tidak Lolos : 1
Tingkat Keberhasilan : 66.7%