

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #84

Informasi Instrument

Nama Instrument : pH Meter
Nomor Kontrol : 2QC-PHM-007
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 11

Informasi Verifikasi

Verification ID : 84
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 20 Feb 2026 09:17:39
Valid Hingga : 21 Feb 2026 09:17:39
Status Verifikasi : **Cancelled (TIDAK SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 25.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Place pH 7 Buffer	Cancelled	Confirmed	-	09:17	-
2	Place pH 4 Buffer	Cancelled	Confirmed	-	09:17	-
3	Read All Measurements	Cancelled	4.0100	-	09:18	-

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan : TIDAK SESUAI (Not Complies)
Total Step : 3
Step Lolos (Complies) : 0
Step Tidak Lolos : 3
Tingkat Keberhasilan : 0.0%