

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #92

Informasi Instrument

Nama Instrument : pH Meter
Nomor Kontrol : 2QC-PHM-007
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 11

Informasi Verifikasi

Verification ID : 92
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 20 Feb 2026 10:01:30
Valid Hingga : 21 Feb 2026 10:01:30
Status Verifikasi : **Complies (SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 25.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Place pH 4 Buffer	Complies	Confirmed	-	10:01	-
2	Place pH 7 Buffer	Complies	Confirmed	-	10:03	-
3	Read All Measurements	Complies	4.0100	-	10:03	-

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan : SESUAI (Complies)
Total Step : 3
Step Lolos (Complies) : 3
Step Tidak Lolos : 0
Tingkat Keberhasilan : 100.0%