

# LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #93

## Informasi Instrument

Nama Instrument : pH Meter  
Nomor Kontrol : 2QC-PHM-007  
Tipe Instrument : Equipment  
ID Instrument : 11

## Informasi Verifikasi

Verification ID : 93  
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)  
Tanggal Verifikasi : 24 Feb 2026 15:05:58  
Valid Hingga : 25 Feb 2026 15:05:58  
Status Verifikasi : **Complies (SESUAI)**

## Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 24.0 C  
Kelembaban Ruangan (RH) : 55.0 %

## Tahapan Verifikasi (3 Step)

| No | Nama Step             | Status   | Nilai Terukur | Range Min-Max | Waktu | Ref ID |
|----|-----------------------|----------|---------------|---------------|-------|--------|
| 1  | Place pH 4 Buffer     | Complies | 4.01          | -             | 15:06 | -      |
| 2  | Place pH 7 Buffer     | Complies | 6.99          | -             | 15:06 | -      |
| 3  | Read All Measurements | Complies | 4.0000        | -             | 15:06 | -      |

## Input Data “ Step 1: Place pH 4 Buffer

Nilai yang Dimasukkan : 4.01  
Deskripsi : Rinse and insert probe in pH 4.0 buffer solution

## Input Data “ Step 2: Place pH 7 Buffer

Nilai yang Dimasukkan : 6.99  
Deskripsi : Insert probe in pH 7.0 buffer solution

## Hasil Pembacaan Instrument “ Step 3: Read All Measurements

SevenExcellence S470  
2QC-PHM-007  
Date/Time 24/02/2026  
08:09:54  
Sensor ExpertProISM  
Comment --  
Status OK  
Buffer gr. METTLER  
TOLEDO  
Europe (Ref.  
25C)  
User AAI  
Buffer 1 4.01 pH  
Actual pH 4.00 pH  
Temp. 1 21.1 C ATC  
Buffer 2 7.00 pH  
Actual pH 6.99 pH  
Temp. 2 21.2 C ATC  
Slope -56.47 mV/pH  
Slope (%) 95.4 %  
Offset -21.3 mV  
RSH  
24/02/2026 15:04:26  
Print format: According  
to method  
Printed from memory

## Kesimpulan Verifikasi

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Status Keseluruhan    | : SESUAI (Complies) |
| Total Step            | : 3                 |
| Step Lolos (Complies) | : 3                 |
| Step Tidak Lolos      | : 0                 |
| Tingkat Keberhasilan  | : 100.0%            |