

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #94

Informasi Instrument

Nama Instrument : pH Meter
Nomor Kontrol : 2QC-PHM-007
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 11

Informasi Verifikasi

Verification ID : 94
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 25 Feb 2026 07:57:43
Valid Hingga : 26 Feb 2026 07:57:43
Status Verifikasi : **Complies (SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 25.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Place pH 4 Buffer	Complies	4.01	-	07:57	-
2	Place pH 7 Buffer	Complies	6.99	-	07:58	-
3	Read All Measurements	Complies	4.0000	-	07:59	-

Input Data “ Step 1: Place pH 4 Buffer

Nilai yang Dimasukkan : 4.01
Deskripsi : Rinse and insert probe in pH 4.0 buffer solution

Input Data “ Step 2: Place pH 7 Buffer

Nilai yang Dimasukkan : 6.99
Deskripsi : Insert probe in pH 7.0 buffer solution

Hasil Pembacaan Instrument “ Step 3: Read All Measurements

SevenExcellence S470
2QC-PHM-007
Date/Time 24/02/2026
08:09:54
Sensor ExpertProISM
Comment --
Status OK
Buffer gr. METTLER
TOLEDO
Europe (Ref.
25C)
User AAI
Buffer 1 4.01 pH
Actual pH 4.00 pH
Temp. 1 21.1 C ATC
Buffer 2 7.00 pH
Actual pH 6.99 pH
Temp. 2 21.2 C ATC
Slope -56.47 mV/pH
Slope (%) 95.4 %
Offset -21.3 mV
RSH
25/02/2026 07:56:51
Print format: According
to method
Printed from memory

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan	: SESUAI (Complies)
Total Step	: 3
Step Lolos (Complies)	: 3
Step Tidak Lolos	: 0
Tingkat Keberhasilan	: 100.0%