

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #62

Informasi Instrument

Nama Instrument : Timbangan
Nomor Kontrol : 2QC-TMB-001
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 2

Informasi Verifikasi

Verification ID : 62
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 13 Feb 2026 15:22:38
Valid Hingga : 14 Feb 2026 15:22:38
Status Verifikasi : In Progress (TIDAK SESUAI)

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 25.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 45.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	1	Verify Zero State
3	Weight Verification - Max...	Not Complies	0.0000	0.0990-0.1010	15:23	1	
2	Weight Verification - Min...	Ready	-	-	-	-	

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan : TIDAK SESUAI (Not Complies)
Total Step : 3
Step Lolos (Complies) : 1
Step Tidak Lolos : 2
Tingkat Keberhasilan : 33.3%

--- End of Verification Report ---

Dokumen digenerate pada: 18 Feb 2026 07:14:37

