

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #82

Informasi Instrument

Nama Instrument : Timbangan
Nomor Kontrol : 2QC-TMB-001
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 2

Informasi Verifikasi

Verification ID : 82
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 20 Feb 2026 08:49:43
Valid Hingga : 21 Feb 2026 08:49:43
Status Verifikasi : **Complies (SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 24.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Verify Zero State	Complies	0.1002	-	08:50	-
2	Weight Verification - Min...	Complies	199.9982	199.8000-200.2000	08:51	4
3	Weight Verification - Max...	Complies	199.9982	199.8000-200.2000	08:51	4

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan : SESUAI (Complies)
Total Step : 3
Step Lolos (Complies) : 3
Step Tidak Lolos : 0
Tingkat Keberhasilan : 100.0%