

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #99

Informasi Instrument

Nama Instrument	: Timbangan
Nomor Kontrol	: 2QC-TMB-001
Tipe Instrument	: Equipment
ID Instrument	: 2

Informasi Verifikasi

Verification ID	: 99
Diverifikasi Oleh	: admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi	: 06 Apr 2026 07:55:36
Valid Hingga	: 07 Apr 2026 07:55:36
Status Verifikasi	: Complies (SESUAI)

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan	: 25.0 C
Kelembaban Ruangan (RH)	: 50.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Verify Zero State	Complies	0.0000	-	07:55	-
2	Weight Verification - Min...	Completed	0.0000	0.0990-0.1010	07:56	1

Override: tidak layak pakai karena tidak ada di tangan waterpassnya

3	Weight Verification - Max...	Completed	0.0000	0.0990-0.1010	07:56	1
---	------------------------------	-----------	--------	---------------	-------	---

Override: tidak bisa menampilkan data karena koneksi terputus

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan	: SESUAI (Complies)
Total Step	: 3
Step Lolos (Complies)	: 3
Step Tidak Lolos	: 0
Tingkat Keberhasilan	: 100.0%