

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #107

Informasi Instrument

Nama Instrument : Timbangan
Nomor Kontrol : 2QC-TMB-001
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 2

Informasi Verifikasi

Verification ID : 107
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 06 Apr 2026 14:52:02
Valid Hingga : 07 Apr 2026 14:52:02
Status Verifikasi : **In Progress (TIDAK SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 25.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Verify Zero State	Complies	0.0001	-	14:52	-
2	Weight Verification - Min...	Failed	0.0001	0.0990-0.1010	14:52	1
Override: jangan digunakan terlebih dahulu. butuh kalibrasi						
3	Weight Verification - Max...	Ready	-	-	-	-

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan : TIDAK SESUAI (Not Complies)
Total Step : 3
Step Lolos (Complies) : 1
Step Tidak Lolos : 2
Tingkat Keberhasilan : 33.3%