

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #108

Informasi Instrument

Nama Instrument : Timbangan
Nomor Kontrol : 2QC-TMB-001
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 2

Informasi Verifikasi

Verification ID : 108
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 06 Apr 2026 14:59:22
Valid Hingga : 07 Apr 2026 14:59:22
Status Verifikasi : **In Progress (TIDAK SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 25.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Verify Zero State	Complies	0.0000	-	14:59	-
2	Weight Verification - Min...	Failed	0.0000	0.0990-0.1010	14:59	1

Override: perlu kalibrasi ulang

3	Weight Verification - Max...	Failed	-	-	14:59	-
---	------------------------------	--------	---	---	-------	---

Override: Auto-skipped: instrument breakdown at step 2

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan : TIDAK SESUAI (Not Complies)
Total Step : 3
Step Lolos (Complies) : 1
Step Tidak Lolos : 2
Tingkat Keberhasilan : 33.3%