

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #106

Informasi Instrument

Nama Instrument	: Timbangan
Nomor Kontrol	: 2QC-TMB-001
Tipe Instrument	: Equipment
ID Instrument	: 2

Informasi Verifikasi

Verification ID	: 106
Diverifikasi Oleh	: admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi	: 06 Apr 2026 14:45:31
Valid Hingga	: 07 Apr 2026 14:45:31
Status Verifikasi	: Cancelled (TIDAK SESUAI)

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan	: 25.0 C
Kelembaban Ruangan (RH)	: 50.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Verify Zero State	Cancelled	0.0002	-	14:45	-
2	Weight Verification - Min...	Cancelled	0.0004	0.0990-0.1010	14:46	1

Override: tidak ada

3	Weight Verification - Max...	Cancelled	-	-	-	-
---	------------------------------	-----------	---	---	---	---

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan	: TIDAK SESUAI (Not Complies)
Total Step	: 3
Step Lolos (Complies)	: 0
Step Tidak Lolos	: 3
Tingkat Keberhasilan	: 0.0%