

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #106

Informasi Instrument

Nama Instrument : Timbangan
Nomor Kontrol : 2QC-TMB-001
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 2

Informasi Verifikasi

Verification ID : 106
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 06 Apr 2026 14:45:31
Valid Hingga : 07 Apr 2026 14:45:31
Status Verifikasi : **Cancelled (TIDAK SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 25.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Verify Zero State	Cancelled	0.0002	-	14:45	-
2	Weight Verification - Min...	Cancelled	0.0004	0.0990-0.1010	14:46	1
Override: tidak ada						
3	Weight Verification - Max...	Cancelled	-	-	-	-

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan : TIDAK SESUAI (Not Complies)
Total Step : 3
Step Lolos (Complies) : 0
Step Tidak Lolos : 3
Tingkat Keberhasilan : 0.0%