

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #118

Informasi Instrument

Nama Instrument : Timbangan
Nomor Kontrol : 2QC-TMB-001
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 2

Informasi Verifikasi

Verification ID : 118
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 10 Apr 2026 07:06:56
Valid Hingga : 11 Apr 2026 07:06:56
Status Verifikasi : **Complies (SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 22.9 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 68.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Verify Zero State	Complies	0.0000	-	07:07	-
2	Weight Verification - Min...	Complies	0.0999	0.1-0.1	07:07	1
3	Weight Verification - Max...	Complies	199.9944	199.8-200.2	07:08	4