

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #124

Informasi Instrument

Nama Instrument : Timbangan
Nomor Kontrol : 2QC-TMB-001
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 2

Informasi Verifikasi

Verification ID : 124
Diverifikasi Oleh : supervisor (User ID: 30)
Tanggal Verifikasi : 18 May 2026 15:45:49
Valid Hingga : 19 May 2026 15:45:49
Status Verifikasi : **Cancelled (TIDAK SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 25.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Verify Zero State	Cancelled	-	-0.0-0.0	-	-
2	Weight Verification - Min...	Cancelled	-	-	-	-
3	Weight Verification - Max...	Cancelled	-	-	-	-