

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #109

Informasi Instrument

Nama Instrument	: Timbangan
Nomor Kontrol	: 2QC-TMB-001
Tipe Instrument	: Equipment
ID Instrument	: 2

Informasi Verifikasi

Verification ID	: 109
Diverifikasi Oleh	: admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi	: 06 Apr 2026 15:05:51
Valid Hingga	: 07 Apr 2026 15:05:51
Status Verifikasi	: In Progress (TIDAK SESUAI)

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan	: 25.0 C
Kelembaban Ruangan (RH)	: 50.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Verify Zero State	Complies	0.0003	-0.0-0.0	15:05	-
2	Weight Verification - Min...	Failed	0.0001	0.1-0.1	15:06	1

Override: kalibrasi ulang

3	Weight Verification - Max...	Failed	-	-	15:06	-
---	------------------------------	--------	---	---	-------	---

Override: Auto-skipped: instrument breakdown at step 2