

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #125

Informasi Instrument

Nama Instrument : Timbangan
Nomor Kontrol : 2QC-TMB-001
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 2

Informasi Verifikasi

Verification ID : 125
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 10 Jun 2026 13:27:37
Valid Hingga : 11 Jun 2026 13:27:37
Status Verifikasi : **Complies (SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 25.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Verify Zero State	Complies	0.0000	-0.0-0.0	13:28	-
2	Weight Verification - Min...	Complies	0.1001	0.1-0.1	13:29	5
3	Weight Verification - Max...	Complies	200.0026	199.8-200.2	13:30	3