

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #193

Informasi Instrument

Nama Instrument : Timbangan
Nomor Kontrol : 2QC-TMB-001
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 2

Informasi Verifikasi

Verification ID : 193
Diverifikasi Oleh : Ayu Maharani (User ID: 90)
Tanggal Verifikasi : 03 Jul 2026 09:46:57
Valid Hingga : 04 Jul 2026 09:46:57
Status Verifikasi : **Complies (SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 22.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 65.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Verify Zero State	Complies	200.0040	-0.0-0.0	09:47	-
2	Weight Verification - Min...	Complies	0.1001	0.1-0.1	09:47	5
3	Weight Verification - Max...	Complies	200.0035	199.8-200.2	09:48	3