

# LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #47

## Informasi Instrument

Nama Instrument : Timbangan  
Nomor Kontrol : 2QC-TMB-008  
Tipe Instrument : Equipment  
ID Instrument : 2

## Informasi Verifikasi

Verification ID : 47  
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)  
Tanggal Dibuat : 01 Jan 0001 00:00:00  
Tanggal Verifikasi : 17 Dec 2025 12:24:09  
Valid Hingga : 18 Dec 2025 12:27:20  
Terakhir Diupdate : 01 Jan 0001 00:00:00  
Status Verifikasi : **Complies (SESUAI)**

## Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 24.0 C  
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

## Tahapan Verifikasi (3 Step)

| No | Nama Step             | Status   | Nilai Terukur | Range Min-Max     | Waktu | Ref ID |
|----|-----------------------|----------|---------------|-------------------|-------|--------|
| 1  | Verify Zero           | Complies | 0.0000        | -                 | 12:24 | -      |
| 2  | Verify Weight Minimum | Complies | 0.1002        | 0.0990-0.1010     | 12:25 | -      |
| 3  | Verify Weight Maximum | Complies | 199.9920      | 199.8000-200.2000 | 12:26 | -      |

## Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan : SESUAI (Complies)  
Total Step : 3  
Step Lolos (Complies) : 3  
Step Tidak Lolos : 0  
Tingkat Keberhasilan : 100.0%

--- End of Verification Report ---

Dokumen digenerate pada: 18 Dec 2025 11:14:30

