

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #47

Informasi Instrument

Nama Instrument : Timbangan
Nomor Kontrol : 2QC-TMB-008
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 2

Informasi Verifikasi

Verification ID : 47
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Dibuat : 01 Jan 0001 00:00:00
Tanggal Verifikasi : 17 Dec 2025 12:24:09
Valid Hingga : 18 Dec 2025 12:27:20
Terakhir Diupdate : 01 Jan 0001 00:00:00
Status Verifikasi : **Complies (SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 24.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Verify Zero	Complies	0.0000	-	12:24	-
2	Verify Weight Minimum	Complies	0.1002	0.0990-0.1010	12:25	-
3	Verify Weight Maximum	Complies	199.9920	199.8000-200.2000	12:26	-

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan : SESUAI (Complies)
Total Step : 3
Step Lolos (Complies) : 3
Step Tidak Lolos : 0
Tingkat Keberhasilan : 100.0%

--- End of Verification Report ---

Dokumen digenerate pada: 18 Dec 2025 11:14:42

