

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #50

Informasi Instrument

Nama Instrument : Timbangan
Nomor Kontrol : 2QC-TMB-008
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 2

Informasi Verifikasi

Verification ID : 50
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 23 Dec 2025 14:39:21
Valid Hingga : 24 Dec 2025 14:41:31
Status Verifikasi : **Complies (SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 24.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	1	Verify Zero
2	Verify Weight Minimum	Complies	0.1002	0.0990-0.1010	14:40	-	
3	Verify Weight Maximum	Complies	199.9946	199.8000-200.2000	14:41	-	

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan : SESUAI (Complies)
Total Step : 3
Step Lolos (Complies) : 3
Step Tidak Lolos : 0
Tingkat Keberhasilan : 100.0%

--- End of Verification Report ---

Dokumen digenerate pada: 12 Jan 2026 09:35:51

