

# LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #50

## Informasi Instrument

Nama Instrument : Timbangan  
Nomor Kontrol : 2QC-TMB-008  
Tipe Instrument : Equipment  
ID Instrument : 2

## Informasi Verifikasi

Verification ID : 50  
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)  
Tanggal Verifikasi : 23 Dec 2025 14:39:21  
Valid Hingga : 24 Dec 2025 14:41:31  
Status Verifikasi : **Complies (SESUAI)**

## Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 24.0 C  
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

## Tahapan Verifikasi (3 Step)

| No | Nama Step             | Status   | Nilai Terukur | Range Min-Max     | Waktu | 1 | Verify Zero |
|----|-----------------------|----------|---------------|-------------------|-------|---|-------------|
| 2  | Verify Weight Minimum | Complies | 0.1002        | 0.0990-0.1010     | 14:40 | - |             |
| 3  | Verify Weight Maximum | Complies | 199.9946      | 199.8000-200.2000 | 14:41 | - |             |

## Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan : SESUAI (Complies)  
Total Step : 3  
Step Lolos (Complies) : 3  
Step Tidak Lolos : 0  
Tingkat Keberhasilan : 100.0%

--- End of Verification Report ---

Dokumen digenerate pada: 21 Jan 2026 09:14:42

