

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #259

Informasi Instrument

Nama Instrument : Timbangan
Nomor Kontrol : 2QC-TMB-008
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 23

Informasi Verifikasi

Verification ID : 259
Diverifikasi Oleh : Naura Fildzah (User ID: 55)
Tanggal Verifikasi : 19 Aug 2026 07:54:54
Valid Hingga : 20 Aug 2026 07:54:54
Status Verifikasi : **Complies (SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 24.8 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 78.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Verify Zero State	Complies	0.0000	-0.0-0.0	07:54	-
2	Weight Verification - Min...	Complies	0.0999	0.1-0.1	07:56	27
3	Weight Verification - Max...	Complies	199.9998	199.8-200.2	07:57	8