

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #255

Informasi Instrument

Nama Instrument : Timbangan
Nomor Kontrol : 2QC-TMB-010
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 6

Informasi Verifikasi

Verification ID : 255
Diverifikasi Oleh : Meiriza Zamri (User ID: 51)
Tanggal Verifikasi : 18 Aug 2026 07:53:16
Valid Hingga : 19 Aug 2026 07:53:16
Status Verifikasi : **In Progress (TIDAK SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 21.5 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 58.0 %

Tahapan Verifikasi (3 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	Verify Zero State	Complies	0.0000	-0.0-0.0	07:54	-
2	Weight Verification - Min...	Not Complies	35.7000	1.0-1.0	08:06	7
3	Weight Verification - Max...	Ready	-	-	-	-