

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Informasi Instrument

Nama Instrument : Timbangan
Nomor Kontrol : 2QC-TMB-008
Tipe Instrument : Equipment
Status : Complies

Informasi Verifikasi

Diverifikasi Oleh : admin
Tanggal Verifikasi : 16 Dec 2025 14:07
Valid Hingga : 17 Dec 2025 14:10
Suhu Ruangan : 24.0 Â°C
RH Ruangan : 50.0 %

Tahapan Verifikasi

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range	Waktu
1	Verify Zero	Complies	0.0000	-	14:07
2	Verify Weight Minimum	Complies	0.1003	0.0990 - 0.1010	14:08
3	Verify Weight Maximum	Complies (Override)	199.9933	199.9980 - 200.0020	14:09

Catatan Override: masih aman