MAT. COMERCIO
00461608

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE: ***Centro de salud huasacalle - CLIZA***

EQUIPO: REFRIGERADOR

ÁREA:

MARCA: ELECTROLUX

NÚMERO DE SERIE: CLIS2975217001

MODELO: DC360

FECHA DE RECEPCION: 18/04/2025

FECHA DE ENTREGA:21/04/2025

ESTADO ANTERIOR: OPERABLE
ESTADO ACTUAL: OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE ENTREGA EL EQUIPO EN UN FUNCIONAMINETO OPERABLE.

- Se aseguró que el entorno de prueba estuviera en un estado controlado, Verificación del sistema de refrigeración (compresor, evaporador, condensador), Inspección de componentes eléctricos, Verificación y ajuste de las configuraciones.

Se realizó la verificación de temperaturas en el refrigerador de vacunas y empaques. Se confirmó que el equipo opera dentro del rango de temperatura recomendado para el almacenamiento seguro de vacunas, manteniendo consistentemente valores entre +2°C y +8°C.

EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS ES CRUCIAL PARA ASEGURAR SU FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO, PROLONGAR SU VIDA ÚTIL Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD.

OBSERVACIONES REALIZADAS.

- SE REALIZO LA VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL CORRETO DEL EQUIPO.

PROCEDIMIENTO		MC	V	MP
EMPRESA BIOMEDICA	**BIOMÉDICO RESPONSABLE**	**CONFORMIDAD POR ENCARGADO DE AREA**		

COPIA. ARCHIVO

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

MAT. COMERCIO
00461608

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE: ***HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CLIZA***

EQUIPO: REFRIGERADOR

ÁREA:

MARCA: ASILER

NÚMERO DE SERIE: CLIS223521701

MODELO: 0

FECHA DE RECEPCION: 18/04/2025

FECHA DE ENTREGA:21/04/2025

ESTADO ANTERIOR: OPERABLE
ESTADO ACTUAL: OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE ENTREGA EL EQUIPO EN UN FUNCIONAMINETO OPERABLE.

- Se aseguró que el entorno de prueba estuviera en un estado controlado, Verificación del sistema de refrigeración (compresor, evaporador, condensador), Inspección de componentes eléctricos, Verificación y ajuste de las configuraciones.

Se realizó la verificación de temperaturas en el refrigerador de vacunas y empaques. Se confirmó que el equipo opera dentro del rango de temperatura recomendado para el almacenamiento seguro de vacunas, manteniendo consistentemente valores entre +2°C y +8°C.

EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS ES CRUCIAL PARA ASEGURAR SU FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO, PROLONGAR SU VIDA ÚTIL Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD.

OBSERVACIONES REALIZADAS.

- SE REALIZO LA VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL CORRETO DEL EQUIPO .

PROCEDIMIENTO		MC	V	MP
EMPRESA BIOMEDICA	**BIOMÉDICO RESPONSABLE**	**CONFORMIDAD POR ENCARGADO DE AREA**		

COPIA. ARCHIVO

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

MAT. COMERCIO
00461608

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE: *LABORATORIO EL SHADDAI*

EQUIPO: STAT FAX**- LECTOR DE ELISA**

ÁREA: QUIMICA SANGUINEA

MARCA: AWARENESS

NÚMERO DE SERIE: **4700-2967**

MODELO: 4700

FECHA DE RECEPCION: 1**1**/**11**/2024

FECHA DE ENTREGA:12/11/2023

ESTADO ANTERIOR: **OPERABLE**
ESTADO ACTUAL: OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE ENTREGA EL EQUIPO EN UN FUNCIONAMIENTO TOTAL.

POR LO QUE SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL EQUIPO CON UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- INSPECCIÓN GENERAL DEL CHASIS, TAPA, CONECTORES Y SOPORTE DE REACTIVOS EN BUSCA DE DAÑOS, DESGASTE O SIGNOS DE CORROSIÓN.
- VERIFICACIÓN DE LUCES INDICADORAS Y DISPLAY; INSPECCIÓN DE COBERTURA DE INFRARROJOS.



- Verificación de puertos de conexión y bandejas, asegurando ausencia de obstrucciones.

OBSERVACIONES REALIZADAS.

SE REALIZO UN MANTENIMINETO PREVENTIVO Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMINETO CORRECTO DEL EQUIPO.
NO SE DETECTARON ANOMALÍAS CRÍTICAS DURANTE LA INSPECCIÓN.

PROCEDIMIENTO		**MC**	**V**	**MP**
SELLO DE EMPRESA BIOMEDICA	**BIOMÉDICO RESPONSABLE**		**CONFORMIDAD POR ENCARGADO DE AREA**	

COPIA. ARCHIVO

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

MAT. COMERCIO
00461608

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE: *LABORATORIO EL SHADDAI*

EQUIPO: STAT FAX**- LECTOR DE ELISA**

ESTADO ANTERIOR:	**OPERABLE**
ESTADO ACTUAL:	OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:



SE ENTREGA EL EQUIPO EN UN FUNCIONAMINETO TOTAL.

POR LO QUE SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL EQUIPO CON UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO



#	FILTROS	VOLTS(ANT)	FILTROS	VOLTS(ACTUAL)
1	450	3.299	450	5.085
2	630	3.780	630	5.506
3	492	3.414	492	5.180
4	405	2.912	405	4.615

- La calibración de los filtros ha sido exitosa y los valores de referencia se mantienen dentro del rango aceptable (3–6 V). Esto indica que la transmisión/atenuación de los filtros está correctamente ajustada y que la respuesta del sistema es lineal y consistente entre canales.
- No se requieren ajustes adicionales en los filtros en este ciclo, y la estabilidad de los voltajes sugiere una buena integridad de la cadena óptica y de lectura.

OBSERVACIONES REALIZADAS.

- **SE REALIZO UN MANTENIMINETO PREVENTIVO Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMINETO CORRECTO DEL EQUIPO.**
- **NO SE DETECTARON ANOMALÍAS CRÍTICAS DURANTE LA INSPECCIÓN.**

PROCEDIMIENTO		**MC**	**V**	**MP**
SELLO DE EMPRESA BIOMEDICA	**BIOMÉDICO RESPONSABLE**			**CONFORMIDAD POR ENCARGADO DE AREA**

COPIA. ARCHIVO

MAT. COMERCIO
00461608

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE: ***LABORATORIO - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CLIZA***

EQUIPO: MICROSCOPIO

ÁREA: LABORATORIO

MARCA: OLYMPUS

NÚMERO DE SERIE: CLIS2465411003

MODELO: CX31

FECHA DE RECEPCION: 07/11/2025

FECHA DE ENTREGA:08/11/2025

ESTADO ANTERIOR: OPERABLE
ESTADO ACTUAL: OPERABLE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
SE ENTREGA DEL EQUIPO EN UN FUNCIONAMINETO OPERABLE.

- Inspección visual: Se revisó el estado general del microscopio, incluyendo el armazón, base, controles y accesorios. No se detectaron daños físicos ni piezas sueltas.
- Limpieza de lentes y objetivos: Se limpiaron cuidadosamente los objetivos, ocular y condenser utilizando papel de limpieza específico y solución de limpieza para lentes. Se eliminó polvo, huellas y residuos que podrían afectar la calidad de la imagen.
- Verificación del sistema óptico: Se comprobó que los lentes estuvieran libres de manchas o arañazos, asegurando una correcta transmisión de luz y concentración.



EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS ES CRUCIAL PARA ASEGURAR SU FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO, PROLONGAR SU VIDA ÚTIL Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD.

COPIA. ARCHIVO

MAT. COMERCIO
00461608

BIOSILVER

DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA

HOJA DE REGISTRO TÉCNICA

CLIENTE:	***LABORATORIO - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CLIZA***
EQUIPO: MICROSCOPIO	
ESTADO ANTERIOR:	OPERABLE
ESTADO ACTUAL:	OPERABLE

TRABAJO REALIZADO

- Revisión del sistema de iluminación: Se inspeccionaron y limpiaron las lámparas y reflectores. Se verificó que la iluminación funcionara correctamente y sin destellos.
- Limpieza del estativo y base: Se limpiaron las superficies externas con paño húmedo y seco, eliminando polvo y suciedad superficial.

EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS ES CRUCIAL PARA ASEGURAR SU FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO, PROLONGAR SU VIDA ÚTIL Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD.

OBSERVACIONES REALIZADAS.

- SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTOS BAJO CRONOGRAMA.
- SE RECOMIENDA REALIZAR EL CAMBIO DE BULBO (6V A 20W) DEL EQUIPO BAJO CRONOGRAMA.

PROCEDIMIENTO		**MC** **V** **MP**
EMPRESA BIOMEDICA	**BIOMÉDICO RESPONSABLE**	**CONFORMIDAD POR ENCARGADO DE AREA**

COPIA. ARCHIVO