CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante *Applicant*	**Medicor Produtos Hospitalares Ltda.** CNPJ nº 72.568.587/0001-40 Avenida Francisco Silveira Bitencourt, 1369 – Pavilhao 19 e 20 Bairro Sarandi – 91150-010 – Porto Alegre – RS – Brasil
Fabricante *Manufacture*	Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd. 78#, North Suzhong Road, Baoying, 225800 Yangzhou, People's Republic of China (50970)
Produto *Product*	***Equipo de infusão gravitacional estéril de uso único***
Normas *Standards*	ABNT NBR ISO 8536-4:2011 - Equipamento de infusão para uso médico - Parte 4: Equipos de infusão para uso único, alimentação por gravidade.
Regulamento *Regulation*	Equipos de uso único de transfusão, de infusão gravitacional e de infusão para uso com bomba de infusão Portaria INMETRO 502 de 29 de dezembro de 2011 Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade
Informações Adicionais *Additional Information*	Marca Comercial = **RMDESC** Modelos de produtos certificados: 1) **EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL MACROGOTAS ESTÉRIL DE USO ÚNICO - modelo SIMPLES** (Equipo composto por ponta perfurante e tampa protetora, câmara flexível macrogotas com filtro de partículas de 15 micras acoplado, tubo flexível de 150 cm, regulador de fluxo (pinça rolete), conector luer slip e tampa protetora) – relatório CPE 329-19.MEDICOR.2019050501 - (28/10/2019) - Cepromed Laboratorio (CRL0701). 2) **EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL MACROGOTAS ESTÉRIL DE USO ÚNICO - modelo COMPLETO** (Equipo composto por ponta perfurante e tampa protetora, câmara flexível macrogotas com filtro de partículas de 15 micras acoplado, dispositivo de entrada de ar com filtro de 0,22 micras, tubo flexível de 150 cm, injetor lateral Y autocicatrizante, regulador de fluxo (pinça rolete), conector luer lock fixo e tampa protetora). – relatório CPE 330-19.MEDICOR.2019050601 (28/10/2019) - Cepromed Laboratorio (CRL0701) 3) **EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL MACROGOTAS ESTÉRIL DE USO ÚNICO - modelo PREMIUM** (Equipo composto por ponta perfurante e tampa protetora, câmara flexível macrogotas com filtro de partículas de 15 micras acoplado, dispositivo de entrada de ar com filtro de 0,22 micras, tubo flexível de 150 cm, injetor lateral Y autocicatrizante, regulador de fluxo (pinça rolete), conector luer lock rotativo e tampa protetora) – relatório CPE 331-19.MEDICOR.2019050701 - (28/10/2019) - Cepromed Laboratorio (CRL0701).
Data da Auditoria *Audit Date*	**29/08/2019**
N° Certificado *Certificate #*	**TNBR-25791** — **Emissão Inicial:** *First Concession:* **13/01/2020**
Validade do Certificado *Expiry Certificate Date*	**13/01/2020 – 12/01/2025**

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

Barueri, 13/01/2020

Reginaldo Maia
Diretor Presidente

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil www.brtuv.com.br

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	13/01/2020	Emissão inicial

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 1
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 1

Certificação de Produtos
OCP 0016

BRTÜV
TÜV NORD GROUP