LABORATÓRIO DE METROLOGIA SENAI CIMATEC



Av. Orlando Gomes, 1845 - Piatã - Salvador/BA, CEP: 41650-010

Tel.: 71-3462-9569 / 9565 E-mail: <u>metrologia@fieb.org.br</u>

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO 0950/20

Revisão

Cliente	NORPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA			
Endereço	Rua do Bronze - Camacari - BA			
Data de Calibração	11/08/20			
Proposta	CIMATEC 075/20			

Item Calibrado Medidor de Espessura

 Tag
 RC-08
 Marca
 Mitutoyo

 Modelo
 ID-C112XB
 Número de Série
 09020109

 Faixa de Indicação
 0-12,7 mm
 Valor de uma Divisão
 0,001 mm

Procedimento

Procedimento de Calibração CL 029 LDIM rev.05 (Medidor de Espessura com Relógio Comparador)

Sistema de medição padrão

Instrumento	TAG	Certificado de Calibração	Validade
Lâminas Padrão, Mitutoyo	CFG-36059	CIMATEC 971/19 CAL 262	30/11/20
Termohigrômetro DHT-1432, Perceptec	5463	CL-0359/2019 CAL 0690	30/08/21

Condições ambientais

Temperatura 20 ± 1 °C

Resultados

Valor do SMP	Média do SMC	Tendência	V _{eff}	k	υ
0,000	0,000	0,000	Infinito	2,00	0,001
0,050	0,050	0,000	7	2,43	0,001
0,100	0,100	0,000	7	2,43	0,001
0,150	0,151	0,001	7	2,43	0,001
0,200	0,201	0,001	7	2,43	0,001
0,250	0,250	0,000	Infinito	2,00	0,001
0,300	0,300	0,000	Infinito	2,00	0,001
0,350	0,351	0,001	7	2,43	0,001

Todos os valores estão em milímetro, exceto o k e o v_{eff} (adimensionais).

Legenda:

SMC = Sistema de medição a calibrar

SMP = Sistema de Medição Padrão

Tendência = Erro obtido através da diferença entre a média do SMC e o valor do SMP.

Observações

A incerteza de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão combinada multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com V_{eff} (graus de liberdade efetivos), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Este certificado não pode ser reproduzido, por qualquer meio, completa ou parcialmente sem autorização formal do SENAI-CIMATEC. Este certificado se refere exclusivamente ao item identificado e às condições descritas.

RF-LBW-006, Rev. 00 Pág. 1/2

SENAI CIMATEC Sistema FIEB

LABORATÓRIO DE METROLOGIA SENAI CIMATEC

Av. Orlando Gomes, 1845 - Piatã - Salvador/BA, CEP: 41650-010

Tel.: 71-3462-9569 / 9565 E-mail: metrologia@fieb.org.br

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO 0950/20

Revisão

00

Término do Certificado

Informações Complementares:

PELO FUTURO DA INOVAÇÃO

As informações foram solicitadas e fornecidas pelo cliente e não fazem parte do escopo de acreditação.

Situação: Adequado ao uso

Periodicidade (meses):

Validade: 28/02/2021

Salvador, 14 de agosto de 2020

Driele Rocha Fereira dos Santos Signatário Autorizado

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

Este certificado não pode ser reproduzido, por qualquer meio, completa ou parcialmente sem autorização formal do SENAI-CIMATEC. Este certificado se refere exclusivamente ao item identificado e às condições descritas.

RF-LBW-006, Rev. 00 Pág. 2/2