



Instrumentação Científica Ltda.

Alameda dos Anapurus, 423 - CEP 04087-000 - Indianópolis - São Paulo
Telefones: (11) 5051-6126 / 5052-9783 - dsmcientificabr@terra.com.br

CNPJ 53.079.265/0001-93

Inscr. Est. 111.050.282.110

Inscr. Munic. 9.103.002-1


Empresa: DSM Instrumentação Científica Ltda.
Calibração de padrões (utilização interna/externa).
Certificado nº cof 006/18.
Material: Jogo de pesos para COF 002.
Data da calibração: 10/04/2018.
Próxima Calibração: 04/2020.

Método de calibração: 03 (três) series de pesagem de pesos.
Material utilizado para calibração: Balança semi-analítica Marca: Gehaka –
Modelo BK8000 nº de serie 05050503001002.

Identificação: Conjunto de massas padrão: Tipo cilíndrica nº 2442.

Massa Nominal (gramas)	Valor correto (gramas)	Desvio: (gramas)
30gr.	29,9gr.	-0,1gr.
60gr.	60,0gr.	0,0gr.
90gr.	90,0gr.	0,0gr.
120gr.	120,0gr.	0,0gr.
150gr.	150,0gr.	0,0gr.
180gr.	180,0gr.	0,0gr.
210gr.	210,0gr.	0,0gr.
240gr.	240,1gr.	+0,1gr.
270gr.	270,0gr.	0,0gr.
300gr.	300,0gr.	0,0gr.

São Paulo, 04 de Abril de 2017.


Técnico Responsável:
Orlando Gomes