

袋瓣罩甦醒球人工呼吸（需實施心肺復甦術者適用）

（一）將氧氣導管連接氧氣筒和甦醒球，打開氧氣筒開關並調整流量為 15 L/min。

（二）大拇指扣住面罩尖端（尖端朝向病人的前額），食指扣住面罩圓弧端，其餘三指扣緊下顎，以 EC 之手勢打開呼吸道並維持姿勢。

註：若已置入聲門上呼吸道，或已建立確定呼吸道（含氣切管）時，則直接將甦醒球接上。

（三）擠壓甦醒球給予 2 次人工呼吸，約 3 秒鐘吹完兩次氣，每次擠壓至少 1 秒至有可見之胸部升起。

（四）擠壓速率

1. 沒有脈搏時以 30：2（小兒或嬰兒，如 3 人以上可操作 15:2）之比率配合胸部按壓。

2. 已置入聲門上呼吸道，或已建立確定呼吸道者，無論是兒童或嬰兒每分鐘擠壓甦醒球 20-30 次（每 2-3 秒進行一次）；但若為 1 人 CPR 時，與胸部按壓仍依 30:2 之比例進行。