

協助病人使用支氣管擴張劑（初級救護技術員不得施行）

（一）適用於懷疑氣喘或慢性阻塞性肺病急性發作，病人有自備短效型支氣管擴張劑（定劑量吸入器 MDI 或乾粉吸入器 DPI），且意識清醒之情況，才可協助病人或家屬給予。

（二）定劑量吸入器 MDI：

1. 以手握住吸入器回溫，並搖晃 15-20 次，使藥物充分混合。
2. 打開吸嘴蓋，接上延伸管/連接器；若超過 3 天未使用裝置，在使用時需先按吸入器 1 次。
3. 請病人吐氣完全。
4. 以嘴唇含住吸藥輔助器的吸嘴（舌頭應置於吸嘴下方），然後按壓吸入器容器的底部，並同時緩慢地吸氣一口氣（吸氣時間兒童約 3 秒，成人 4-5 秒），吸氣過程不可中斷。
5. 吸氣完畢後，自口中移去吸入器，閉緊雙唇，接著儘可能地閉氣，越久越好（或閉氣 5-10 秒）。
6. 閉氣後，恢復正常呼吸。

（三）乾粉吸入器 DPI

1. 將吸入器旋轉或按壓（通常會有”喀”1聲），啟動新的吸入乾粉。
2. 請病人吐氣完全。
3. 請病人張口，以雙唇含住吸入器開口。
4. 請病人開始快速深吸氣。
5. 請病人吸飽氣，並閉氣 5 至 10 秒。
6. 如果病人還是喘，1 分鐘後重複步驟 1 至 5。

（四）病人應監測血氧濃度。