

骨盆固定帶

適應症：

(一)初步評估傷患致傷機轉有可能造成骨盆骨折(例如跳樓、高處墜落、高能量撞擊、車體凹陷等)，且合併以下之一：

1. 通報嚴重外傷個案者。
2. 因為評估困難(疼痛或意識不清)而需要上頸圈者。
3. 觸診評估骨盆構造不穩定時。

(二)使用骨盆固定帶，並於移動至長背板前或同時予以固定。

禁忌症：

(一)跌倒所造成之髖部疼痛(多為大腿股骨折)

(二)骨盆構造明顯變形以致於無法確認適合使用固定帶位置

(三)骨盆固定器僅可用於骨盆環(pelvic ring)骨折。若懷疑為髖部骨折(Hip fracture)或「股骨頭或股骨頸」骨折或傷患無適當尺寸時，不宜使用，可考慮使用 KED 協助搬運。

操作步驟：

(一)移除傷患骨盆區域衣褲口袋之物品或其他物體。

(二)選擇適當尺寸之骨盆固定帶，將骨盆固定帶內側放置於傷患臀部後方，調整固定帶至傷患骨盆中線，固定帶中線切齊大轉子(或約股動脈點)附近。

(三)將多孔約束帶穿過扣環並反向拉緊，並聽到扣環卡住聲(咔的聲音)。若為魔鬼氈(黏扣帶)款式，則依序將固定帶拉緊，將圖型為「0」拉緊至「○」氈黏。

(四)維持拉緊張力，立即將多孔約束帶緊貼固定於骨盆固定帶上。

註：骨盆固定帶使用位置合併燒燙傷時，依本局 S2 程序燒燙傷處置後再固定。