## 1. Identificação de Produto e da Empresa

| | |
|---|---|
| Nome do Produto: | Imunoscan CQI |
| a. Código / Apresentação: | IH.004.10 6 X 5 Ml |
| b. Composição: | 5 frascos contendo suspensão de hemácias a 5% em tampão estabilizador e 1 frasco contendo anticorpos monoclonais Anti-A, Anti-B e Anti-D |
| c. Registro Anvisa: | 81034870011 |
| d. Fabricante: | Scan Diagnóstica Industria e Comercio LTDA<br>Rua Governador Valadares , 108<br>São José da Lapa – MG CEP: 33.350-000<br>CNPJ: 18.520.715/0001-30<br>Tel: 31-3488-1871<br>Imunoscan.com.br |

## 2. Características do Produto:

Reagentes obtidos através de tratamento de células de doadores.

Contém 0,1% de neomicina como preservante

Uso exclusivo para diagnóstico *in vitro* (IVD)

### 3. Identificação de Perigos:

Reagentes estáveis e não tóxicos. Devem ser manipulados segundo Bos Práticas de Laboratório.

Pode causar irritação aos olhos.

Se ingerido pode causar irritação .

Se inalado pode causar irritação.

Em contato prolongado com a pele pode causar irritação

Os efeitos após inalação prolongada podem não ser imediatos

Não há informações sobre danos ambientais causados por este produto.

### 4. Medidas de Primeiros Socorros:

Em caso de contato com os olhos, lave a região com água abundante.

Em caso de ingestão, mantenha a vítima acordada, induza o vômito e solicite assistência médica.

Em caso de inalação, mantenha a vítima ventilada e solicite assistência médica

### 5. Medidas para combate a incêndios:

Não são necessárias medidas especiais de combate.

Pode-se utilizar jato de água, CO2 pó ou espuma química

Não há risco de explosão.

### 6. Medidas para controle de derramamentos e vazamentos:

Mantenha o local isolado e identificado. Utilize material absorvente para recolher o derramamento, e coloque o resíduo obtido em sacos plásticos. Faça a disposição segundo a legislação vigente.

**7. Manuseio e Armazenamento:**

Utilize máscaras descartáveis e luvas de látex ou nitrílicas para manuseio do produto.

O armazenamento deve ser feito segundo a indicação de temperatura constante na etiqueta externa do produto (2 a 8 ºC)

**8. Controle de exposição e proteção individual:**

Utilizar máscaras e luvas para manuseio do produto. Lavar as mãos após a retirada das luvas.

Usar óculos de proteção ou máscara facial

Utilizar jalecos de mangas longas

**9. Características Físico Químicas:**

Reagente líquido, estável cor vermelha (regente de hemácias) e cor amarelo pálido (soro monoclonal). Inodoro e límpido.

Deve ser mantido entre 2 e 8 ºC. Exposição prolongada ao calor , altera as características de funcionalidade do produto.

Não existem dados disponíveis sobre aspectos toxicológicos ligados ao produto.

**10. Estabilidade e Reatividade:**

Exposição prolongada ao calor (superior a 37 ºC) devem ser evitadas, pois interferem na funcionalidade do produto. O produto se mantém estável e funcional se armazenado na temperatura indicada na etiqueta externa (2 a 8 ºC).

Para descarte do produto utilizar grandes volumes de agua e observar a legislação vigente para disposição correta .

11. **Informações Toxicológicas:**

Não existem dados toxicológicos disponíveis para esse reagente

**12. Informações ecológicas:**

Nenhuma ocorrência ecológica está prevista se o uso e descarte deste produto, se der de maneira controlada (Boas práticas de Laboratório) e segundo a legislação vigente .

**13. Tratamento e disposição final:**

Produto acondicionado em frascos de vidro. Deve ser descartado segundo a legislação vigente para disposição deste tipo de produto.

**14. Transporte:**

Deve ser observada a cadeia de frios (2 a 8 ºC).

Não há restrições registradas nos regulamentos nacionais e internacionais para transporte via terrestre, marítima, fluvial ou aérea.

**15. Regulamentações e outras informações**

RDC 306, RDC 885 NBR 14.725 ABNT

Mais informações, entre em contato com: Imunoscan Diagnóstica

As informações aqui contidas, devem ser usadas como orientação de segurança ao manipulador do produto. Todos os materiais podem apresentar algum risco e devem ser utilizados com o cuidado e rigor de Boas Práticas de Laboratório