ImunoScan

INVITROCELL Reverse ABO

Reagentes de hemácias-teste humanas a 0,8% para prova reversa

INTRODUÇÃO


Os resultados da prova de fenotipagem direta ABO obtidos com soros anti-A, anti-B e anti-AB devem ser complementados com a pesquisa dos anticorpos ABO de ocorrência natural (isoaglutininas) pela execução da prova reversa.
Para a execução da prova reversa ABO são utilizadas as configurações de hemácias-teste A1-B, A1-B-O, ou A1-A2-B-O, de acordo com as exigências das normas técnicas e padrões estabelecidos pelo banco de sangue.
As hemácias-teste INVITROCELL Reverse ABO são preparadas para uso nas técnicas de aglutinação em colunas.

REAGENTES

IVD

Hemácias-teste de origem humana, suspensas a 0,8% (±0,1%) em meio estabilizante tamponado, em frascos de 10 ml.
Conservantes: Cloranfenicol e Neomicina.

- INVITROCELL Reverse A1-A2-B-O
- INVITROCELL Reverse A1-B-O
- INVITROCELL Reverse A1-B



Estabilidade: ver prazo de validade no rótulo.

Atenção: As matérias-primas com que estes produtos foram produzidos não revelaram qualquer reação ao HBsAg, VHC e VIH (1+2) quando foram testadas com reagentes aprovados. No entanto, nenhum método de teste conhecido pode garantir a ausência de agentes infecciosos. Os produtos originários de sangue humano devem ser considerados potencialmente infecciosos.

REAGENTES ADICIONAIS NECESSÁRIOS

- Cartões neutros- aglutinação em colunas
- Diluente de baixa força iônica (LISS)

(ver instruções de uso correspondentes)

OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Tubos de suspensão
- Suporte para tubos e cartões
- Pipetas
- Incubadora de cartões
- Centrífuga para cartões

AMOSTRA

Os resultados ideais são obtidos se as provas forem realizadas com amostra recente, conforme critérios estabelecidos no manual de normas técnicas vigentes no país. A amostra de sangue deve, de preferência, ser coletada em anticoagulante citrato, EDTA, heparina ou CPD-A. Também é possível utilizar amostra colhida em tubo limpo sem anticoagulante.
O soro, quando utilizado, deve ser centrifugado a 1500 g durante 10 minutos antes de ser utilizado, a fim de evitar a interferência de resíduos de fibrina na reação.

CONTROLES

Incluir amostras conhecidas a cada série de testes para garantia da qualidade.

UTILIZAÇÃO DAS HEMÁCIAS-TESTE

Antes do uso, deixar as hemácias-teste em temperatura ambiente (18 – 25 °C) e homogeneizar suavemente os frascos.
Para evitar a contaminação das hemácias-teste, recolocar os frascos na geladeira após o uso.

PROCEDIMENTO

Os conjuntos INVITROCELL Reverse ABO a 0,8% são para uso em técnicas de “aglutinação em colunas”, de acordo com os procedimentos preconizados por estas técnicas. Ver instruções de uso dos fabricantes.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

A) Princípio

- Aglutinação indica a presença de anticorpos.
- A hemólise também indica a presença de anticorpos (ver observação 3).
- Ausência de aglutinação (ou hemólise) indica ausência de anticorpos ABO.

B) Reações com INVITROCELL Reverse ABO

A1	A2	B	O	Isoaglutininas	Grupo sanguíneo
	-	+	-	Anti-B	A
+	+	-	-	Anti-A	B
-	-	-	-	Nenhuma	AB
+	+	+	-	Anti-A + Anti-B	O

Nota: Os resultados da prova reversa devem confirmar o grupo sanguíneo ABO observado na prova direta. Os resultados discrepantes devem ser investigados por provas complementares.

OBSERVAÇÕES

1. As isoaglutininas ABO reagem melhor em 4 °C. Em caso de reações fracas ou duvidosas com o procedimento preconizado, repetir o
teste com incubação de 15 minutos em temperatura de geladeira (2 – 8 °C).
2. Reações atípicas requerem investigações complementares.
3. Se a amostra não apresentar hemólise, mas for observada hemólise após o teste, repetir o teste após inativação do soro a ser testado (10 minutos de incubação a 56 °C). A hemólise das hemácias ˝A˝ e ˝B˝ pode indicar a presença de títulos elevados de isoaglutininas e de anticorpos imunes anti-A e anti-B. Estes anticorpos imunes podem provocar doença hemolítica do recém-nascido, devido à incompatibilidade ABO.
4. De modo geral, as isoaglutininas anti-A e anti-B não são detectáveis em recém-nascidos, lactentes, idosos e portadores de agamaglobulinemia.

LIMITAÇÕES

a) Contaminações químicas ou bacterianas dos materiais utilizados podem produzir resultados falso-positivos ou falso-negativos.
b) O cumprimento estrito dos procedimentos e a utilização do equipamento recomendado são essenciais. O equipamento deve ser regularmente verificado em conformidade com os procedimentos de BPL.

BIBLIOGRAFIA

1. Technical Manual of the American Association of Blood Banks, 17th edition, 2011.
2. Human Blood Groups, second edition, Geoff Daniels, Blackwell Science LTD, 2002.
3. Applied Blood Group Serology, 4th Edition by Peter D. Issitt, David J. Anstee, 1998.

PRODUTOS

INVITROCELL Reverse A1-A2-B-O	4 x 10 ml	cod: IH.002.10-1
INVITROCELL Reverse A1-B-O	3 x 10 ml	cod: IH.002.10-3
INVITROCELL Reverse A1-B	2 x 10 ml	cod: IH.002.10-5

Estes produtos são garantidos quanto ao seu comportamento funcional, tal como descrito no rótulo e no folheto informativo. O fabricante declina toda a responsabilidade decorrente da utilização ou venda destes produtos para fins diferentes dos aqui descritos.

Scan Diagnóstica Ltda – ImunoScan
Rua Governador Valadares,108
São José da Lapa - MG - Brasil
CNPJ: 18.520.715/0001-30
SAC: (31) 3488-1871

MS:81034870003
RT: Dr. Múcio Figueiredo Vieira
CRF MG - 6731
Ver. 02/2019