ImunoScan

# INVITROCLONE Anti-C$^{w}$ (RH8)

Anticorpos Monoclonais para Tipagem Sanguínea em Lâmina, Tubo e Microplacas

## INTRODUÇÃO


O antígeno C$^{w}$ (RH8) pertence ao sistema Rh e é codificado pelo gene *RHCE*.
É um antígeno de baixa frequência com ocorrência de 2% na população caucasiana e 1% na população negra.
C$^{w}$ (RH8) está frequentemente associado ao haplótipo DCe, sendo que neste caso o antígeno C (RH2) apresenta menor reatividade.

## REAGENTES

IVD

O INVITROCLONE Anti-C$^{w}$ (RH8) (clone MS-110) é um reagente pronto para uso, com anticorpos e classe IgM, preparados a partir de sobrenadantes de culturas celulares de linfócitos B modificados pelo EBV.
Cada lote do reagente é submetido a rigoroso controle de qualidade em vários estágios da produção, para avidez, especificidade e desempenho.

Conservante: < 0,1% NaN3.




*Estabilidade: ver prazo de validade no rótulo do frasco.*

## MATERIAIS E REAGENTES ADICIONAIS NECESSÁRIOS

- Tubos de suspensão (12x75 mm)
- Pipetas Pasteur
- Suporte para tubos
- Lâminas de vidro
- Bastões de mistura
- Microplacas de fundo em U
- Incubadora 37º C
- Centrífuga imuno-hematológica
- Aglutinoscópio
- Solução salina isotônica para suspensão de hemácias

## PRINCÍPIO

Hemácias humanas portando o antígeno C$^{w}$ (RH8) aglutinarão na presença de anticorpos dirigidos ao antígeno. Aglutinação de hemácias em suspensão com o INVITROCLONE Anti- C$^{w}$ (RH8) indica a presença do antígeno e a ausência de aglutinação indica ausência do antígeno.

## OBSERVAÇÕES

1. Reagente laboratorial de uso exclusivo para diagnóstico “in vitro”.
2. Contém azida sódica 0,1% como preservativo, portanto, tóxico se ingerido. Evitar contato com mucosas.
3. Forte turbidez pode indicar contaminação bacteriana ou desnaturação térmica do reagente. Nestes casos, descartar o reagente.

## COLETA DE AMOSTRA

1. Não requer preparação prévia do paciente para coleta de amostra de sangue.
2. Amostras podem ser coletadas com anticoagulantes: citrato, EDTA, heparina ou CPD-A ou sem anticoagulante.
3. Resultados ideais são obtidos se as provas forem realizadas com amostras recentes.
4. Se os testes não forem realizados imediatamente após a coleta, estocar amostras entre 2-8 °C.
5. Não usar amostras hemolisadas ou contaminadas.

Amostras com anticoagulante devem ser testadas de acordo com seguintes critérios:

| | |
|---|---|
| EDTA ou Heparina | 2 dias |
| Citrato ou Oxalato de sódio | 14 dias |
| ACD ou CPD-A | 28 dias |

## PROCEDIMENTO

### Teste em lâmina

1. Todos os materiais e reagentes deverão estar em T.A. antes do uso.

2. Pipetar 1 gota (50 $\mu$ L) de INVITROCLONE Anti-$C^w$ (RH8) em uma lâmina de vidro.
3. Adicionar 1 gota (50 $\mu$ L) de sangue total abaixo do reagente.
4. Com auxílio de um bastão, misturar uniformemente a gota do reagente e a gota de sangue total numa área de cerca de 2,5 cm2.
5. Verificar macroscopicamente sinais de aglutinação sobre uma fonte de luz indireta, homogeneizando a mistura por rotações da lâmina. A aglutinação ocorre em alguns segundos, mas deve ser interpretada ao final de 2 minutos.

**Teste em tubo**

1. Todos os materiais e reagentes deverão estar em T.A. antes do uso.
2. Preparar uma suspensão de hemácias a 3% em solução salina isotônica.
3. Identificar o tubo teste com "$C^w$" mais o nome ou número da amostra a ser classificada.
4. Pipetar 1 gota (50 $\mu$ L) de INVITROCLONE Anti-$C^w$ (RH8) no tubo teste.
5. Adicionar 1 gota (50 $\mu$ L) da suspensão de hemácias a 3% ao tubo teste e homogeneizar bem.
6. Incubar em T.A. por 10-15 minutos.
7. Centrifugar por 30-60 segundos a 125 g (1000 rpm) ou de acordo com protocolo estabelecido para a centrífuga em uso.
8. Ressuspender suavemente o botão de células no fundo do tubo e verificar macroscopicamente sinais de aglutinação sobre uma fonte de luz indireta.

**Teste em Microplaca**

1. Todos os materiais e reagentes deverão estar em T.A. antes do uso.
2. Preparar uma suspensão de hemácias a 2-3% em solução salina isotônica.
3. Pipetar 1 gota (50µL) do INVITROCLONE Anti-$C^w$ (RH8) no microtubo de uma microplaca devidamente identificada com número ou nome da amostra e o antígeno a ser detectado.
4. Adicionar 1 gota (50µL) da suspensão de hemácias a 2-3% no microtubo e homogeneizar bem.
5. Centrifugar por 1 minuto a 125 g (1000 rpm) ou de acordo com protocolo estabelecido para a centrífuga em uso.
6. Ressuspender suavemente o botão de células no fundo do microtubo e verificar macroscopicamente sinais de aglutinação sobre uma fonte de luz indireta.

**INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADO**

**Testes em Lâmina, Tubo e Microplaca**

Reação positiva (+ a ++++) indica a presença do antígeno $C^w$ (RH8).

Reação negativa (sem aglutinação) indica a ausência do antígeno $C^w$ (RH8).

**OBSERVAÇÕES**

1. Baixa centrifugação ou centrifugação excessiva podem produzir resultados errados. Os equipamentos devem ser regularmente verificados em conformidade com os procedimentos de BPL.
2. Controles positivos e negativos devem ser incluídos como recomendados pelos procedimentos de BPL.
3. Após o uso, os reagentes devem ser imediatamente estocados entre 2-8 °C.
4. Reações falso-positivas podem ser produzidas pela presença de aglutininas frias.

**REFERENCIAS**

1. Technical Manual of the American Association of Blood Banks, 17th edition, 2011.

2. Human Blood Groups, second edition, Geoff Daniels, Blackwell Science LTD, 2002.

3. Mollison P. L., Engelfried C. P., and Contreras, M.: Blood Transfusion in Clinical Medicine. 10th ed. 1997; Blackwell Scientific Publications, Oxford.

4. Kohler C. & Milstein C. (1975), Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity. Nature, 256, 495-497.

**APRESENTAÇÕES**

INVITROCLONE Anti- $C^w$ (RH8)

| | |
|---|---|
| 1 x 5 ml | cod. IH.001.20.08 |
| 10 x 5 ml | cod. IH.001.20.08-10 |

*Estes produtos são garantidos quanto ao seu comportamento funcional, tal como descrito no rótulo e no folheto informativo. O fabricante declina toda a responsabilidade decorrente da utilização ou venda destes produtos para fins diferentes dos aqui descritos.*

Scan Diagnóstica Ltda – ImunoScan
Rua Governador Valadares,108
São José da Lapa - MG - Brasil
CNPJ: 18.520.715/0001-30
SAC: (31) 3488-1871

MS: 81034870006
RT: Dr. Múcio Figueiredo Vieira - CRF MG - 6731 Ver. 03/2019