ImunoScan

Imunoscan CQI

Reagentes de hemácias-teste humanas a 5% e anticorpos monoclonais para controle de qualidade interno.

INTRODUÇÃO

O kit Imunoscan CQI visa auxiliar o monitoramento das técnicas empregadas e reagentes utilizados na rotina de imuno-hematologia, garantindo maior confiabilidade na liberação de resultados. Os reagentes devem ser inseridos na rotina do laboratório e serem submetidos aos mesmos procedimentos que amostras de doadores e/ou pacientes.


REAGENTES

IVD

Hemácias-teste humanas suspensas (5%) em meio estabilizante tamponado (5mL).
C1..... grupo A, RhD negativo
C2..... grupo B, RhD negativo
C3 ..... grupo O, R_1R_2
C4..... grupo O, KEL1 positivo
C5..... hemácia sensibilizada com IgG (TAD positivo)
Conservantes: Cloranfenicol e Neomicina.

C6..... anticorpos monoclonais IgM Anti-A (clone: 11H5), Anti-B (clone: 6F9) e Anti-D IgG (clone: LOR-15C9) em meio conservante (5mL).
Conservante: <0,1% NaN3.

Obs.: Observar a tabela correspondente ao lote em uso para confirmar os fenótipos e resultados esperados.



Estabilidade: ver prazo de validade no rótulo.

Atenção: As matérias-primas com que estes produtos foram produzidos não revelaram qualquer reação ao HBsAg, VHC e VIH (1+2) quando foram testadas com reagentes aprovados. No entanto, nenhum método de teste conhecido pode garantir a ausência de agentes infecciosos.

Os produtos originários de sangue humano devem ser considerados potencialmente infecciosos

OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Tubos de suspensão
- Suporte para tubos
- Pipetas
- Incubadora 37º graus
- Centrífuga imuno-hematológica
- Aglutinoscópio

UTILIZAÇÃO DOS REAGENTES

Antes do uso, deixar as hemácias-teste em temperatura ambiente (18 – 25 °C).
Homogeneizar suavemente os frascos contendo suspensão de hemácias.
Para evitar a contaminação dos reagentes recolocar os frascos na geladeira após o uso.

PROCEDIMENTO

Para uso na metodologia de aglutinação em colunas é necessário o ajuste de concentração das suspensões de hemácias-teste de 5% para 1%.

1- *Homogeneizar o frasco.*
2- *Transferir um volume para o tubo de centrifugação.*
3- *Centrifugar por 30-60 segundos a 125g (1000rpm) ou de acordo com protocolo estabelecido para a centrífuga em uso.*
4- *Desprezar o sobrenadante e utilizar 1 volume de concentrado de hemácias para 4 volumes do diluente adequado à metodologia.*

Obs.: O diluente utilizado no ajuste de concentração deve ser o mesmo preconizado pela técnica em uso.

Seguir os procedimentos técnicos utilizados na rotina para fenotipagem eritrocitária e pesquisa/identificação de anticorpos irregulares.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

- Comparar os resultados obtidos com a tabela correspondente ao lote utilizado.

Em caso de resultados discrepantes, verificar os procedimentos técnicos, métodos e materiais utilizados. Repetir os testes após as ações corretivas necessárias.

LIMITAÇÕES

- Contaminações bacterianas e/ou químicas, dos materiais ou amostras utilizados podem produzir resultados falso-positivos ou falso-negativos.

- O cumprimento estrito dos procedimentos e a utilização do equipamento recomendado são essenciais. O equipamento deve ser verificado regularmente em conformidade com os procedimentos de BPL.

PRODUTOS

cod: IH.004.10

Estes produtos são garantidos quanto ao seu comportamento funcional, tal como descrito no rótulo e no folheto informativo. O fabricante declina toda a responsabilidade decorrente da utilização ou venda destes produtos para fins diferentes dos aqui descritos.

Scan Diagnóstica Ltda – ImunoScan
Rua Governador Valadares,108
São José da Lapa - MG - Brasil
CNPJ: 18.520.715/0001-30
SAC: (31) 3488-1871

MS: 81034870011
RT: Dr. Múcio Figueiredo Vieira - CRF MG - 6731
Ver. 01/2023