

光谱分析检测报告


产品标识

产品型号: HPCS-310	制造厂商: 虹谱光色
环境温度: 20°C	环境湿度: 20°C
测试人员: 未知	测试日期: 2026-04-20

参数列表


参数名称	参数值	参数名称	参数值	参数名称	参数值	参数名称	参数值
相关色温(K)	40862	照度(Lx)	38.43	坐标x	0.2310	坐标y	0.2576
坐标u	0.1641	坐标v	0.2746	坐标u'	0.1641	坐标v'	0.4119
峰值波长(nm)	471.9	中心波长(nm)	463.8	主波长(nm)	481.40	质心波长(nm)	515.4
半宽度(nm)	113.8	暗信号(16bitAD)	2349	峰值信号(16bitAD)	52899	色纯度(%)	41.2
积分时间(ms)	1400	色容差(SDCM)	57.78	R1	80	R2	91
R3	87	R4	76	R5	84	R6	92
R7	89	R8	75	R9	8	R10	86
R11	75	R12	88	R13	82	R14	92
R15	74	显色指数(Ra)	84.2	黑体偏离duv	0.01818	红色比(%)	15.8
绿色比(%)	35.8	蓝色比(%)	48.4	烛光(fc)	3.57	明暗视觉比	3.631
视黑素照度(lx)	67.5	生理等效照度(lx)	61.5	视黑素比	1.756	视黑素EDI(lx)	61.2
起始扫描波长	380	终止扫描波长	780				

光谱图



CIE1931


色彩空间 CIE1931




显色指数

显色指数 CRI

R1-R15



显色指数 CRI



仪器状态

仪器型号: HPCS-310	仪器编号: 312255198	波长范围: 380-780nm
积分时间: 1400ms	峰值信号: 52899	暗电压: 2349