

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO — TP3

Caracterización Experimental: Ancho de Banda y Relación de Rechazo de Modo Común (RRMC)

Ensayo: Medición 1 (Laboratorio) · Fecha de actualización: 23/9/2026, 09:58:07

RRMC A 50 HZ:

98.8 dB

Req: >> 80 dB

GANANCIA CENTRAL (25 HZ):

2180 ×
(66.77 dB)

Nominal: 60 dB

CORTE SUPERIOR (F_H):

82.2 Hz

Teórico: 72.3 Hz

ANCHO DE BANDA (BW):

82.2 Hz

Pasa-banda ECG

1. Rechazo de Modo Común (RRMC)

Determinación del rechazo frente a perturbaciones de red de 50 Hz:

Parámetro	Frecuencia	Tensión Entrada	Tensión Salida	Ganancia Lineal	Ganancia (dB)
Modo Diferencial (A _{md})	25 Hz	10 mV	21.8 V	2180 ×	66.77 dB
Modo Común (A _{mc})	25 Hz	1 V	25 mV	0.0250 ×	-32.04 dB

RRMC = 20 · log₁₀(2180 / 0.0250) = 98.8 dB (✓ Cumple Especificación (>> 80 dB))

2. Respuesta en Frecuencia y Ancho de Banda

Valores experimentales del barrido desde 1 Hz a 2 kHz con inyección diferencial de 10 mV_{pp}:

f (Hz)	V _{in} (mV)	V _{out} (V)	Ganancia (V/V)	Ganancia (dB)	Δ vs 25Hz (dB)
0.1	10	19	1900.0	65.58	-1.19
0.25	10	22.8	2280.0	67.16	+0.39
0.5	10	23.6	2360.0	67.46	+0.69
1	10	23.6	2360.0	67.46	+0.69
2	10	23.6	2360.0	67.46	+0.69
5	10	23.6	2360.0	67.46	+0.69
10	10	23.4	2340.0	67.38	+0.62
20	10	22.8	2280.0	67.16	+0.39
25	10	21.8	2180.0	66.77	+0.00
50	10	19.6	1960.0	65.85	-0.92
75	10	16.4	1640.0	64.30	-2.47
100	10	13.5	1350.0	62.61	-4.16
125	10	11.6	1160.0	61.29	-5.48
150	10	10	1000.0	60.00	-6.77
200	10	8	800.0	58.06	-8.71

f (Hz)	V _{in} (mV)	V _{out} (V)	Ganancia (V/V)	Ganancia (dB)	Δ vs 25Hz (dB)
300	10	5.3	530.0	54.49	-12.28
500	10	3.32	332.0	50.42	-16.35
700	10	2.32	232.0	47.31	-19.46
1k	10	1.56	156.0	43.86	-22.91
1.5k	10	1.1	110.0	40.83	-25.94
2k	10	0.82	82.0	38.28	-28.49