

Procedura di Collaudo PC-0127

Prova di rigidità dielettrica - verifica periodica

Codice procedura	PC-0127	Revisione	01
Data emissione	16/07/2026	Stato	In vigore

Scopo e campo di applicazione

Verifica periodica di ripetibilità dell'attrezzatura di prova dielettrica, per confermarne l'idoneità all'uso tra una taratura e l'altra.

Attrezzature di riferimento

Codice	Attrezzatura	Ubicazione
S-2201	Connettore prova di rigidità dielettrica	Presso fornitore - Precisa Strumenti

Strumentazione richiesta

- Carico di riferimento noto
- Apparecchiatura di prova dielettrica

Fasi di collaudo

- 1 Esecuzione della prova su un carico di riferimento a impedenza nota.
- 2 Confronto del risultato con il valore atteso per il carico di riferimento.
- 3 Verifica dei dispositivi di sicurezza (arresto di emergenza, interblocchi).

Criteri di accettazione

Il risultato sul carico di riferimento deve rientrare nella tolleranza prevista; tutti i dispositivi di sicurezza devono risultare funzionanti.